



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 listopada 2013 r.



AG-ZP.3320/ 42/ / 13

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania nr 3, 7, 8, 19, 25:

Czy Zamawiający w przypadku igieł odwrotnie tnących wymaga, trójkątnego przekroju igły na całej długości zgodnie z ich przeznaczeniem?

Wyjaśnienie: Dla zadań 3, 7, 8 – zgodnie z SIWZ. Dla zadań 19, 25 – Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w ramach jednego zadania np. szwy lub inne produkty łączenie produktów różnych producentów?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 11-14:

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z zadania 1 i utworzy z nich odrębne zadanie?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 9, 10:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zadania.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 3, 4, 10:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłe z tnącym ostrzem (przyostrzone), pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą nieposiadającą określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniane z kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie wchłaniania 90 – 120 dni?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści igłę o długości 24 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniane jednobarwne,

Certyfikat nr 0092/2012
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia? Nici wykonane w 100% z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania 60 – 90 dni.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 1 - 3:

Czy Zamawiający opisując igłę jako lekko pogrubioną uzna za spełnienie tego wymogu w przypadku zaferowania przez Wykonawców igły okrągłe mocne (igła mocna jest grubsza od igły okrągłej standardowej)?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 1 –11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 1 – 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 3, 5, 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 75 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 150 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 3 x 50 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę o długości 26 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w pozycji 4, 5 dopuści igłę o długości 17 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści nitkę o długości 75 cm ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści igłę o długości 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści igłę o długości 12 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 16 mm lub nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 8 opisując przekrój igły (okrągła o czterech krawędziach ostrych) ma na myśli igłę trokarową o czterech krawędziach tnących, które przechodzą w zaokrąglony, stopniową zwężający się trzon?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści nitkę o długości 90 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6:

Zwracamy się o doprecyzowanie, czy w pozycji 10 w opisie przekroju igły nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający wymaga w tej pozycji dwóch igieł okrągłych trokarowych o czterech krawędziach tnących, które przechodzą w zaokrąglony, stopniowo zwężający się trzon?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza oferowane igły.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 8 - 9:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 7 poz. 1 również na igłę o długości 77 mm z nicią 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 7 pozycję 1?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 7 poz. 2 również na igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 7 pozycję 2?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 7 poz. 5 również na igłę 3/8 koła długości 19 mm z nicią 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 7 pozycję 5?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 7 poz. 7 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 7 poz. 7 również na nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 7 pozycję 7?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 7 poz. 8 i 9 również na igłę o długości 12 mm, najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 7 poz. 8 i 9 również na igłę kosmetyczną o długości 16 mm, najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu „kosmetyczna z mikroostrzem”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 7 pozycję 8 i 9?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 7 pozycji 5, 8, 9 do osobnego zadania?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 poz. 2 nić o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że dopuszczalna tolerancja długości nici została określona w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 poz. 3 igły o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 poz. 5 igłę o krzywiznie $\frac{3}{8}$ koła o długości 19 mm oraz nić o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 poz. 5 igłę $\frac{3}{8}$ koła o długości 24 mm oraz nić o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 poz. 8 precyzyjną igłę kosmetyczną o długości 12 mm oraz nić niebieską przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 7 poz. 9 precyzyjną igłę kosmetyczną o długości 12 mm oraz nić niebieską przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 77 mm z nitką 75 cm.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 37 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 19 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą 3/8 koła ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 5 i 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 75 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 75 cm z igłą najnowszej generacji typu Xflex z opisem katalogowym „igła kosmetyczna” ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 8 i 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o długości 12 mm, najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 8 i 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły kosmetycznej o długości 16mm, najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu „kosmetyczna z mikroostrzem”, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 5, 8, 9:

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z zadania 7 i utworzy z nich odrębne zadanie?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 7:

Czy Zamawiający ww pozycje z zadania 8 i utworzy z niej odrębne zadanie?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wosku 2,5 g ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 8 poz. 3 substytutu opony twardej w rozmiarze 6 x 8 cm wykonanego z odpowiednio preparowanego osierdzia wołowego stosowanego jako implant lub materiał do rekonstrukcji ubytków opony twardej w zabiegach

neurochirurgicznych i neuroortopedycznych? Preparat elastyczny, nie rozciągliwy nie ulegający uszkodzeniom podczas mocowania szwami.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 8 poz. 5 substytutu opony twardej w rozmiarze 4 x 4 cm wykonanego z odpowiednio preparowanego osierdzia wołowego stosowanego jako implant lub materiał do rekonstrukcji ubytków opony twardej w zabiegach neurochirurgicznych i neuroortopedycznych? Preparat elastyczny, nie rozciągliwy nie ulegający uszkodzeniom podczas mocowania szwami.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 8 poz. 5 substytutu opony twardej w rozmiarze 2 x 9 cm wykonanego z odpowiednio preparowanego osierdzia wołowego stosowanego jako implant lub materiał do rekonstrukcji ubytków opony twardej w zabiegach neurochirurgicznych i neuroortopedycznych? Preparat elastyczny, nie rozciągliwy nie ulegający uszkodzeniom podczas mocowania szwami.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, 5, 6 z zadania 8 i utworzenie oddzielnego zadania lub na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje w zadaniu 8?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 8 pozycji 7 (wosk kostny) i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego składającego się z mieszaniny białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu – środka zmiękczającego (10%), gramatura 2,5 g?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli złożony z wosku pszczelego i wosku parafinowego (80%) oraz palmitynianu izopropylu (20%), gramatura 2,5 g?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9, poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd wielorazowego użytku do usuwania zszywek można było wielokrotnie sterylizować (przetwarzać) zgodnie z jego przeznaczeniem, co powinno być potwierdzone przez producenta?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający w pozycji 1 – 3 wymagając siatek ultralekkich wykonywanych z polipropylenu, do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych ma na myśli siatkę z polipropylenu ultra – lekką o wadze 36g/m², grubości 0,39 mm i wielkości porów 1,0 mm adaptującą się anatomicznie do operacji przepuklin pachwinowych, co powinno być potwierdzone przez producenta?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotowej siatki.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający w pozycji 4 – 6 wymagając siatek lekkich wykonanych z polipropylenu do operacji naprawczych brzusznych ma na myśli siatkę z polipropylenu lekką o wadze 48 g/ m², grubości 0,55 mm i wielkości porów 3,6 x 2,8 mm adaptującą się anatomicznie do operacji przepuklin brzusznych, co powinno być potwierdzone przez producenta?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotowej siatki.

Pytanie dot. zadania 11 poz. 3:

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z zadania 11 i utworzy z niej odrębne zadanie?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 w poz. 3 oczekuje wyceny 1 szt. gąbki, czy nastąpił tu błąd w oszacowaniu ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż w zad. 11 poz. 3 wymaga zaoferowania 1 szt.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 11 pozycji 3 (gąbka 20 cm x 7 cm x 0,5 mm) i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 11 pozycja 3 gąbki w rozmiarze 25 cm x 80 cm x 1 cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający w Zadaniu 13 dopuści złożenie oferty na fibrynowy klej tkankowy – dwuskładnikowy zestaw do sporządzania kleju do tkanek – liofilizowany, poddany działaniu pary koncentrat białka, który po rozpuszczeniu daje: 4 ml lub 10 ml kleju? W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek oraz pobudza naturalne procesy gojenia się ran. Start polimeryzacji po 1 – 2 sekundach. Max. odporność mechaniczna po 120 – 180 sek. Temperatura polimeryzacji 37 stopni C.

Wyjaśnienie: Obowiązuje SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 13 syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyjankoakrylanu?

Uzasadnienie:

- w pełni wchłaniaalny (częściowa resorpcja po 3 miesiącach, całkowita do 6 miesięcy od aplikacji);
- nietoksyczny, niemutogenny ani nie podrażnia tkanek;
- brak ryzyka związanego ze składnikiem pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego jak w przypadku klejów biologicznych;
- gotowy do użycia bez konieczności wcześniejszego, często skomplikowanego i czasochłonnego przygotowania jak niektóre kleje biologiczne;
- szybkie i silne działanie klejące – klej jest w pełni utwardzony po 30 sekundach od aplikacji;
- długa przydatność kleju w strzykawce po otwarciu opakowania: ok. 4 godz.;
- przywieranie również do mokrych powierzchni bez konieczności osuszania miejsca aplikacji;
- zastosowanie jako klej i jako hemostatyk;
- duża wydajność produktu: 1 ml pozwala na pokrycie powierzchni ok. 50 cm² tworząc cienką warstwę nie wpływając w sposób istotny na elastyczność tkanki lub implantu jak np. siatka przepuklinowa;
- w temperaturze do 25°C zachowuje ważność przez 6 miesięcy, w temperaturze do 5°C termin

przydatności przedłuża się do 2 lat;

- oferowany klej tkankowy jest sterylnym produktem jednorazowego użytku. Znajduje się on w polipropylenowej fiolce o pojemności 0,5 ml, 1 ml lub 1,5 ml. Fiolka i jeden aplikator tworzą zestaw. Fiolka jest zatkana silikonowym korkiem i zapakowana w blister. Blister jest sterylizowany promieniami gamma. Blister wraz z polipropylenową strzykawką jest zapakowany w aluminiową torebkę. Strzykawka jest sterylizowana tlenkiem etylenu;

- wyrób medyczny klasy III, zasada 8.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści klej tkankowy na bazie n-hexyl cyjankoakrylanu o pojemności 0,5 ml lub 1 ml lub 1,5 ml? Jeżeli zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o sprecyzowanie jaką pojemność i ile sztuk (tj. ampulek/ fiolek) kleju tkankowego ma zaoferować wykonawca? Wydajność kleju: 1 ml = 50 cm².

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści system do reparacji tylnej o gramaturze 48 g/ m², pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego, alternatywnego, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił zamawiający w specyfikacji a mianowicie: System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reparacji przepony moczowo – płciowej, do implantacji drogą poprzez otwory zasłonowe, który składa się z:

- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanymi heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

- systemu siatkowego wykonanego z polipropyleny monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach 5 x 10 cm o dużych porach (ponad 1 500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/ m², połączonego czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił zamawiający w specyfikacji a mianowicie: Systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego do tylnej reparacji przepony moczowo – płciowej, składającego się z:

- dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowo wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

- systemu siatkowego wykonanego z polipropyleny monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach 5 x 13 cm o dużych porach (ponad 1 500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/ m², połączonego dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14 i 15:

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dot. ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł

jednorazowych, cienkich, dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją danych?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza system jednorazowy z użyciem osłon, który umożliwia wprowadzenia taśm pod osłoną wzroku. Pozwala to na bezpieczne wykonanie zabiegu i ocenę jego prawidłowego wykonania oraz wykonanie ewentualnej korekty.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy dzianej na całej długości, z atraumatycznymi brzegami nie wymagającymi stosowania dodatkowej, plastikowej osłonki?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do wymaganej taśmy narzędzi wielokrotnego użytku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

Czy zamawiający wymaga zaoferowania również igły do metody zasłonowej TVT? Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły wielorazowego użytku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści niewchłaniany syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20 poz. 4:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej czarnej lub igły okrągłej z tnącym ostrzem nieoksydowanej.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający dopuści niewchłaniany syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego dla Oddziału Kardiochirurgii?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści nitkę o długości 75 cm z igłami o długości 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści dwie igły okrągłe naczyniowe czarne o długości 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 21:

Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści szew niewchłaniany, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy bez kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 22:

Czy Zamawiający dopuści również szew powleczony silikonem?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 22 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści również szew pakowany po 8 nitek w saszetce, z przeliczeniem ilości pojedynczych nitek?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 22 poz. 2 i 3:

Czy Zamawiający dopuści również podkładki teflonowe o wymiarach 7 x 3 x 1,5 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 23:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenia w w/w Zadaniu niewchłaniany syntetyczny szew wielowłókowy powlekany silikonem, poliestrowy.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 25 poz. 2 również na igłę o długości 26 mm, najnowszej generacji typu Xflex z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 25 poz. 2 również na nić o grubości 3-0, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 25, pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26 mm, najnowszej generacji typu Xflex z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie dot. zadania 25, pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 3-0?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Zadaniu nici wchłaniające syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, jednokolorowe o okresie wchłaniania zgodne z SIWZ i zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 80% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach oraz ok. 20% po 28 dniach.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:

Zwracamy się o doprecyzowanie czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga igły prostej (odwrotnie tnącej)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 28:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 28 pozycji B (wchłaniające materiały hemostatyczne) i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby materiały hemostatyczne z zadania 28 część B wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby materiały hemostatyczne z zadania 28 część B charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z

faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:

Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operacyjnego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów zamawiający wymaga aby materiały hemostatyczne z zadania 28 część B posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 28 część B materiałów hemostatycznych szczegółowo opisanych poniżej, wykonanych z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)? Proponowane materiały hemostatyczne wykonane z utlenionej celulozy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego w SIWZ. Proponowana gaza hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 szczepach bakterii (potwierdzone badaniami in vitro) co czyni ją produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Ponadto hemostatyczne opatrunki wchłaniane tamują krwawienie w przeciągu 3 – 4 minut i są całkowicie wchłaniane w okresie 7 – 14 dni. Istotny jest również fakt, iż proponowane hemostatyki posiadają wartość pH niższą niż 3 co utrudnia tworzenie się środowiska, w których rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Warto również podkreślić, gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28, pozycja A:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą 57 mm odwrotnie tnącą obrotową?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie dot. zadania 29:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 29 pozycji 1 (wosk kostny) i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 32:

Czy w pakiecie nr 32 Zamawiający pozycja nr 5 i 6 dopuści nici o długości 50 cm, przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania nr 32 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 11,04 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. Zadania nr 32 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą pojedynczą o długości 13,99 mm (zamiast 11 – 13 mm), typu okrągła tnąca, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. Zadania nr 32 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z dwiema igłami, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania nr 32 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą typu okrągła tnąca przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. zadania nr 32 poz. 2 – 6:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane szwy jedwabne były powlekane?

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. zadania 33, pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 45 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 33, pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 6,4mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 oraz w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonania umowy”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: „Ceny jednostkowe mogą być wyjątkowo podwyższone w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 1:

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały sukcesywnie przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 3 dni wcześniej przed terminem dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 4:

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kod produktu”.

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. § 2 pkt. 1 wzoru umowy:

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. § 2 pkt. 4 wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna kolejna reklamacja upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. §3 pkt. 3 wzoru umowy:

Ze względu, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie przez okres 24 m-cy wnosimy o dopisanie do umowy n/w punktu, który mówi iż: „W przypadku spadku kursu EUR/PLZ w okresie wykonywania umowy o 10 gr, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzi waloryzację ceny jednostkowej netto o 2,5% przy czym zmiana ceny w wyniku zastosowania klauzuli nie przekroczy wzrostu ceny jednostkowej netto 10%”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. § 7 wzoru umowy:

W/w ust. zawiera informację: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych i równoczesnym odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalania Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6”. Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych i równoczesnym odstąpieniu od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w § ze wzoru umowy lub jego modyfikację poprzez dodanie zapisu, iż „Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. § 9 pkt. 2 wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w p-ktu wzoru umowy na: - w przypadku zmiany danych stron, - w przypadku zmiany numerów katalogowych, sposobu pakowania, nazwy handlowej, - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny brutto. Ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu, - w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany, - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie umowy leżących po stronie producenta, - w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania, - waloryzacji umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. 2 ust. 1 projektu umowy:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 2 do 3 dni. Oferowane wyroby stosowane są w planowanych zabiegach i nie zachodzi potrzeba dostarczenia ich w tak krótkim czasie.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. 2 ust. 4 projektu umowy:

Czy ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 2 ust. 4: „Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia reklamacji i przesłania (w przypadku reklamacji jakościowej) na koszt Sprzedającego kwestionowanego towaru. Trzykrotna reklamacja upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. 4 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się o skrócenie wymaganego terminu płatności z 60 do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną: - w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, żąda: - Bilansu za 2012 rok (ostatni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zobowiązania i należności za 2012 r., - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wykonawca ma przedstawić sam bilans czy całe sprawozdanie finansowe?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamawiający wymaga przedstawienia Bilansu za 2012 rok (ostatni rok obrotowy) oraz (jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym bilansie) opinii biegłego rewidenta.

Pytanie Dot. Rozdz. II SIW – dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom (pkt. 3 i 5).

Prosimy o potwierdzenie, iż wystarczającym będzie dla w/w punktów dołączenia do oferty katalogów potwierdzających określone wymagania przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający w SIWZ szczegółowo określił wymagane dokumenty. Wymagane są dokumenty określone w pkt. 3 i 5.

Pytanie Dot. Rozdz. II SIWZ – dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom (pkt. 6).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od

klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj: - dla klasy IIb i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej; - dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia lub powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego; - dla wyrobów klasy IIa, I sterylnej i I z funkcją pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz zgłoszenia lub powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający wymaga przedstawienia deklaracji wytwórcy (deklaracji zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikatu jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 wzoru umowy na następujące: „W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
mgr inż. Bernarda Petryk