



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 05 września 2013 r.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008 AG- ZP 3320/44/ /13

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃLA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie echokardiografu. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o masie do 106 kg ? Różnica 6% w wadze aparatu przy nowoczesnym układzie jezdny i ergonomicznej, kompaktowej budowie nie wpłynie na mobilność aparatu ani na komfort pracy operatora, a tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą liniową o zakresie częstotliwości od 5 MHz? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta z dodatkowymi wyświetlaczami umieszczonymi na pulpicie sterowniczym ułatwiającymi pomiary kardiologiczne? Takie rozwiązania usprawnią pracę operatora i tym samym jest korzystniejsze dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Wyjaśnienie siwz AG-ZP 3320/44/13

z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne? Możliwość takiej rozbudowy świadczy o klasie aparatu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości 4-12 MHz? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na rozbudowę posiadanego aparatu do pełnego wachlarza głowic kardiologicznych, obejmujący również dzieci i noworodki.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy paragraf 9 ust. 3 umowy. Prosimy o ograniczenie wymogu wstawienia aparatu zastępczego, tylko wtedy jeżeli okaże się, że naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych i będzie trwać 7 dni roboczych.

Wyjaśnienie: Paragraf 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Sprzedający zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej, zgodnej z warunkami technicznymi pracy dostarczonego przedmiotu umowy naprawiając przedmiot umowy lub, jeśli czas naprawy przekracza terminy określone w punkcie 4, wymieniając przedmiot umowy na inny taki sam do czasu usunięcia usterki”.

9. Prosimy o modyfikację zapisu w paragrafie 9 ust. 7 oraz zapisu „liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespoł/urządzenie (...). Prosimy aby zapisy brzmiały: „liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespoł (...)”. Z uwagi na modułową konstrukcję aparatów USG w przypadku awarii uszkodzonego elementu (podzespołu) nie naprawia się go, lecz wymienia na nowe. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego aparatu na nowy ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ

10. Dot. Par. 9 p. 3 umowy – Zwracamy się z prośbą o zmianę par. 9 p. 3 projektu umowy na następujący „Sprzedający zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej, zgodnej z warunkami technicznymi pracy dostarczonego przedmiotu umowy naprawiając przedmiot umowy lub, jeśli czas naprawy przekracza terminy określone w punkcie 4, wymieniając przedmiot umowy na inny taki sam do czasu usunięcia usterki”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

11. Dot. Par. 9 p. 6 umowy – Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienia najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację punktu: „7. Sprzedający wymieni na nowy, taki

element/podzespół urządzenia, który był poddany naprawom gwarancyjnym”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

12. Z uwagi na znaczną objętość (kilkaset stron) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której obowiązek złożenia wraz z ofertą nakłada na wykonawcę art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na załączenie ww. dokumentu w formie elektronicznej (na nośniku CD). Załączenie listy do oferty w formie papierowej jest utrudnione zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

13. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z panelem sterowania oraz dotykowym ekranem o przekątnej powyżej 8 cali, którego waga wynosi 115 kg ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

14. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pkt. 45. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, posiadający klawiaturę alfanumeryczną, dotykowy panel sterowania i cztery gniazda głowic obrazowych wyposażony w głowicę kardiologiczną, której dolny zakres częstotliwości wynosi 2,2 MHz?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

15. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 21. Czy Zamawiający dopuści aparat USG, który umożliwia wykonanie raportu z badania kardiologicznego z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

16. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 34. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o automatyczne obrysowanie wsierdza z możliwością korekty dostępne w pakiecie obliczeniowym 2D Speckle Tracking, które jest stosowane do wyliczeń typu Strain, Strain Rate?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

17. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 44. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie automatyczną optymalizację kolorowego Dopplera w zależności od badanej struktury anatomicznej ? Należy zauważyć, że automatyczna zmiana częstotliwości dopplera kolorowego wraz ze zmianą głębokości badania dla głowicy sektorowej może utrudniać badanie, gdyż prowadzi to do ciągłej zmiany skali obrazowanych przepływów.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

18. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 3. Czy Zamawiający dopuści aparat USG o wadze 125 kg? Jest to bardzo nieznaczna różnica w wadze i nie umniejsza w funkcjonalnych i

użytkowych. Aparat ma zwartą ergonomiczną obudowę.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

19. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 28. Czy Zamawiający potwierdzi, że automatyczna optymalizacja powinna dotyczyć zarówno obrazu 2D jak i zapisów Dopplera Spektralnego i Ciągłego? Pozwoli to na bardziej komfortową i szybszą pracę.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

20. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 47. Czy Zamawiający przez zapis: „Możliwość rozbudowy o analizę Strain/Strain Rate oraz obrazowanie kinetyczne umożliwiające m.in. automatyczny obrys wsierdza oraz pomiar frakcji wrzutowej. Dostępne w aparacie.”, rozumie wykonywanie i analizę Strain/Strain Rate przy pomocy metody markerów akustycznych tzw. 2D Speckle ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

21. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 48. Czy Zamawiający potwierdzi, że aparat powinien mieć możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

22. Do załącznika do SIWZ formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt 9. Czy Zamawiający potwierdzi, że nowoczesny aparat echokardiograficzny powinien posiadać dotykowy panel do sterowania funkcjami aparatu, zapewniający bardziej komfortową i szybszą obsługę funkcji i pomiarów ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek