



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 13 sierpnia 2013 r.



AZP3320/45/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1 dot. zad 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną foliową osłonę na przewody z taśmą do mocowania na jednym końcu na drugim zaś z kartonikiem, który ułatwia zamontowanie osłony na urządzeniu?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 2 dot. zad 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki diagnostyczne lateksowe o gładkiej powierzchni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie 3 dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 4 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawy zamówionego towaru następowały w ciągu minimum 3 dni roboczych.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uwzględnienie reklamacji następowało w dni robocze?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozwiązanie umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnych uchybień o których mowa w paragrafie 7?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 dot. wzoru umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmian cen w przypadku przekraczającej 3 % zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 %?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10 dot. zad. 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o powierzchni gładkiej/matowej?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie 11 dot. zad. 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice były wyprodukowane w zakładach, w których jest wdrożony System Zarządzania Jakością EN ISO 13485,

Wyroby Medyczne – System Zarządzania Jakością – Zgodność z Wymaganiami Zasadniczymi, co będzie poparte certyfikatem ISO 13485.

Zaznaczamy, że zapis taki uchroni Zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Jednocześnie informujemy, iż w żaden sposób taki

wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice taki certyfikat posiada.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie 12 dot. zad. 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

- EN 455:1 – badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)
- EN 455:2 – wymagania i badania właściwości fizycznych
- EN 455:3 – wymagania w ocenie biologicznej
- EN 455: 4 – wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczamy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Jednocześnie informujemy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice taki dokument posiada.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie 13 dot. zad. 14 poz. 1

Czy w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego zamawiający wymaga zaoferowania rękawic lateksowych posiadających badanie na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z EN 374?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie 14 dot. zad. 15

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu: skalowana komora kropłowa 500 ml, worek zbiorczy minimum 2000 ml, z napowietrznikiem komory i worka zapewniającym optymalną równowagę ciśnień w worku, zawór pomiędzy komorą a drenem, bezigłowy port do pobierania próbek, zawór opróżniający jedną ręką, uniwersalne złącze pasujące do wszystkich rodzajów cewników, zatrzask drenu, wieszak i taśmy mocujące worek?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie 15 dot. zad. 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania tlenu sterylny? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do podawania tlenu sterylny.

Pytanie 16 dot. zad. 8 poz. 2

Czy Zamawiający w zad. 8 poz. 2 dopuści dren z lejkiem bez możliwości docięcia ale z końcówką elastyczną, kompatybilną ze wszystkimi ssakami?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 dot. formularza ofertowego i cenowego

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy?

Wyjaśnienie:

Formularz ofertowy i cenowy musi odnosić się do zadań oferowanych przez wykonawcę.

Pytanie 18 dot. wzoru umowy § 9 ust. 2

Wnosimy o modyfikację zapisu:

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach

(...) – w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto

Mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę), dlatego też wnosimy o modyfikację w/w zapisu na:

„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wartości brutto, wartość netto pozostanie niezmienna.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 19 dot. wzoru umowy § 7

Wnosimy o modyfikację zapisu:

„w razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6.

Za wyjątkiem sytuacji w której dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone produkty.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20 dot. zad. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do podawania tlenu sterylne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 21 dot. zad. 7

Czy Zamawiający dopuści filtry oddechowe o objętości oddechowej min. 300 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis SIWZ.

Pytanie 22 dot. zad. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzepień poniżej jego krawędzi co zwiększa aseptykę pracy?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie 23 dot. zad. 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi pakowanych w folię?

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający wymaga opakowania typu blister papierowo – foliowy.

Pytanie 24 dot. zad. 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zestaw do punkcji opłucnej z zadania nr 4 ma być zakładany przy wykorzystaniu metody Seldingera, i czy Zamawiający wymaga aby w skład w/w zestawu wchodziły następujące elementy:

- kaniula do drenażu z rozszerzaczem rozmiaru 6 Fr
- cewnik łączący z kranikiem trójdrożnym
- prowadnica metalowa długości 42 cm i średnicy 0,032 cala
- igła do nakłucia rozmiaru 18 Ga i długości 7 cm
- skalpel rozmiaru 11 z uchwytem
- strzykawka 50 ml
- łącznik do kaniuli o zmiennej (skokowo) średnicy 7 x 7 mm

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga zestawu, który ma być zakładany przy użyciu metody Seldingera. Niezbędne elementy wchodzące w skład zestawu:

- strzykawka o poj. Min. 60 ml z podziałką
- 3 igły do wkłucia
- worek z zaworem o poj. 2000 ml
- dren z kranikiem

Pytanie 25 dot. zad. 7

Prosimy o dopuszczenie filtra o objętości minimalnej 150 ml, reszta parametrów jak w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza objętość oddechową minimalną 150 ml.

Pytanie 26 dot. zad. 7

Jaki ma być materiał wymiennika: piankowy czy celulozowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza rodzaj wymiennika piankowy i celulozowy.

Pytanie 27 dot. zad. 13

Czy rurka ma posiadać nad mankietem jeden, dookoła całego obwodu rurki, około 1 cm grubości znacznik głębokości intubacji?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania odnośnie rurki zostały określone w SIWZ.

Pytanie 28 dot. zapisów SIWZ

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8 % na 23 %. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) – podniesienie stawki VAT o 15 % jest dla

większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 29 dot. zad. 3

1. Czy Zamawiający dopuści filtr o minimalnej objętości oddechowej 150 ml i maksymalnej 1500 ml?
2. Czy Zamawiający wymaga filtr bez zawartości szkodliwych plastyfikatorów – ftalanów?
3. Czy Zamawiający wymaga wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z celulozy?

Wyjaśnienie:

Pakiet 3 dotyczy wąsów tlenowych, a nie filtrów. Jeżeli chodzi o filtry, to wymagane są w zadaniu 7, zamawiający dopuszcza filtr o min. objętości oddechowej 150 ml i maksymalnej 1500 ml, nie stawia wymogów odnośnie ftalanów, dopuszcza wymienniki ciepła i wilgoci wykonane z celulozy jak również dopuszcza piankowe.

Pytanie 30 dot. wzoru umowy

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) – celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 9 ust. 2 umowy poprzez umieszczenie zapisu: „w razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy – art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia „Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian – oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty)

Obciążenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stanowi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 31 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów: par. 2 ust. 6

W przypadku niedotrzymania terminów o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,2 % ceny brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 % ceny brutto reklamowanego przedmiotu umowy.

Par.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 32 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów: - par. 2 ust. 6

W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 %

- par. 6 ust. 1

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości opóźnionej dostawy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 33 dot. zad. 13

Czy Zamawiający dopuści filtry przeciwbakteryjne oddechowe dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, mikrobiologiczne czyste, skuteczność nawilżenia 36,8 mg/litr H₂O/, objętości oddechowej 300-1500 ml, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wymienione wyżej filtry.

*lek. med Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*