



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 października 2013 r.



AG-ZP 3320/54/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPRZASZCZANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem płuczek – dezynfektorów 13 szt. i maceratorów – 5 szt. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Płuczka – dezynfektor – 13 sztuk. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 610 mm, co odbiega od wymagania Zamawiającego jedynie o 10mm?

Wyjaśnienie: Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności jeden basen i dwie kaczki, co jest pojemnością optymalną dla tego typu urządzeń ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści kartę techniczną oraz charakterystyki wyłącznie w języku polskim ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 90 dni licząc od daty zawarcia umowy. Myjni – dezynfektory do kaczek i basenów są produkowane jednostkowo pod określone wymagania Zamawiającego, do montażu na określonym stanowisku pracy przy określonych położeniach instalacji zasilającej media. Dlatego też cykl produkcyjny 13 szt. myjni – dezynfektorów do basenów i kaczek trwa zwykle min. 80 dni. Ponadto czas montażu uruchomienie oraz szkolenia wymaga dodatkowo 10 dni.

Wyjaśnienia: Tak. Termin realizacji zamówienia ulega zmianie i zostaje określony następująco: w ciągu 90 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Z – ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Marek Lipiec