



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 października 2013 r.

Certyfikat nr 0019/2011 AG - ZP 3320/56/ /13
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃLA
PIERŚNIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Punkt 10.: Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej przy podaniu zakresu liniowości odczynnika dla parametru D-Dimery? Przepuszczamy, że zamawiającemu chodziło o liniowość 7.0 mg/l – zamiast obecnych 70 mg/l.

Wyjaśnienie: Przy określeniu liniowości dla D-dimerów zamawiającemu chodziło o liniowość 70 mg/l w trybie automatycznego rozcieńczenia.

2. Punkt. 10 Czy zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania D-Dimerów o liniowości do 4.0 mg/l (do 20.0 mg/l przy drugim rozcieńczeniu) przy założeniu, że w takiej sytuacji wykonawca doliczy do kalkulacji cenowej odpowiednią ilość odczynnika i kuwet niezbędną do wykonania dodatkowych pomiarów z rozcieńczeniem. Zamawiający w przypadku zgody podał by procent (%) o jaki należałoby zwiększyć ilość oznaczeń parametru D-Dimery w stosunku do ilości zawartej w SIWZ. Zaznaczymy, że dopuszczenie takiej ewentualności przyczyni się do zwiększenia konkurencji w postępowaniu przetargowym i może w znacznym stopniu pozytywnie wpłynąć na uzyskaną ofertę cenową.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę liniowości dla D-dimerów.

3. Czy oprócz zewnętrznego czytnika kodów paskowych aparat ma być wyposażony także w czytnik wewnętrzny, umożliwiający jednorazowy odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów w statywie bez konieczności ich indywidualnego przykładania do okienka pomiarowego czytnika ?

Wyjaśnienie: Tak, aparat powinien być wyposażony w czytnik wewnętrzny.

4. Prosimy o wyjaśnienie: czy metoda wykrzepialna ma być oparta na zasadzie optycznej?

Wyjaśnienie: Metoda wykrzepialna ma być oparta na zasadzie optycznej.

Z – ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II 10
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec