



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 listopada 2013 r.

AG- ZP 3320/63/ /13

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOPEZNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę videogastroskopu HD. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dwóch dodatkowych ustępów o następującej treści: „Do momentu uregulowania całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy” oraz „W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od daty wymagalności którejkolwiek z rat cała należność staje się niezwłocznie wymagalna”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

2. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% do 0,1%?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

3. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% do 1% ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

4. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,2% do 0,1% ? Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy.

**Wyjaśnienie:** W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego dla naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych. Wysokość kar pozostaje bez zmian.

5. Dotyczy warunków umowy § 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Wykonawca rozpatrzy reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące przedmiotu dostawy na swój koszt w terminie 14 dni od daty przesłania urządzenia do

autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłka kurierską na koszt Wykonawcy)”

**Wyjaśnienie:** § 8 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w terminie 14 dni od daty przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”

6. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. Warunków gwarancji punkt 2 oraz wzoru umowy § 9 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zapewni w okresie gwarancji pełną bezpłatną obsługę serwisową sprzętu oraz bezpłatną naprawę uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, za wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu oraz karty gwarancyjnej – przez okres 24 miesięcy”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. Warunków gwarancji punkt 2 oraz wzoru umowy § 9 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy w okresie gwarancji wynosił 7 dni roboczych od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).

**Wyjaśnienie:** Tak.

8. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. Warunków gwarancji punkt 2 oraz wzoru umowy § 9 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Sprzedający wymieni na nowy istotny element/podzespół, który był poddany ....., naprawom gwarancyjnym (max. 3 naprawy)”

**Wyjaśnienie:** Dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wymieni na nowy element/podzespół, który był poddany ..... naprawom gwarancyjnym (max 3 naprawy)”.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

**Wyjaśnienie:** Wobec Zamawiającego nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie wszczęto likwidacji, jak również Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

10. Dotyczy ogólnych warunków umowy: § 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „ w razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli po dodatkowym wezwaniu derealizacji, Sprzedający nadal pozostanie w zwłoce. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalania Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

11. Dotyczy ogólnych warunków umowy § 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na 12 równych rat.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

13. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 2 projektu umowy i nadanie mu brzmienia: „Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

14. Prosimy o wyjaśnienie, Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Cena (brutto) określona przez wykonawcę nie może ulec podwyższeniu”..

15. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 1 wzoru umowy i nadania mu brzmienia: „Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% ceny brutto opóźnionej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

16. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę należą się Zamawiającemu od Wykonawcy kary umowne w wysokości 2% ceny brutto za całość przedmiotu umowy”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

17. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążające Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w § 6 ust. 2.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

18. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% ceny brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu jaki Zamawiający wyznaczył na ich usunięcie do chwili usunięcia wad”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

19. Prosimy o zmianę zapisu § 6 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

20. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 11 ust. 1 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Wykonawcy”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

21. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości powstania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: „Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Sprzedającego prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

22. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek w 2012 r i na koniec I półrocza 2013 r.

**Wyjaśnienie:** Nie jest to wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

23. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników / bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

**Wyjaśnienie:** Nie jest to wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

24. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia ?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

25. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz instytucji finansowej ?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

26. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

27. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

28. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją na rzecz instytucji finansowej?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

29. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

30. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel in blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

32. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

33. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

34. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

35. Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

36. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienie w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

37. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza ofertowego zakresie sposobu obliczania ceny w ten sposób, aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę przedmiotu zamówienia oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy. Pozwoli to uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego np. „(...) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem za cenę netto (bez podatku VAT) ..... zł., słownie .....zł., plus kwota podatku VAT .....zł., słownie .....zł., cena z podatkiem VAT .....zł., słownie .....zł. W tym koszt finansowania płatności ratalnej: wartość netto ....., podatek VAT zw.%= zw. Zł., wartość brutto ....., słownie ..... Zgodnie z przedstawioną ofertą cenową”.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie prosimy Zamawiającego o wprowadzenie odpowiednich zmian do formularza cenowego (oferta cenowa), formularza ofertowego oraz §3 ust. 1 wzoru umowy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

38. Czy Zamawiający poprzez sformułowanie §3 ust. 1, że cena obejmuje koszty ubezpieczenia, Zamawiający miał na myśli ubezpieczenie podczas transportu?

**Wyjaśnienie:** § 3 ust. 1 Wzoru umowy integralnej części SIWZ informuje, że: „Cena brutto obejmuje koszty transportu krajowego i zagranicznego łącznie z opakowaniem, ubezpieczeniem towarów w kraju i zagranicą, instalację, uruchomienie i szkolenia, oraz podatek VAT”.

39. Jakiego typu standard obrazowania Zamawiający ma na myśli wymagając w punkcie 2 – CCD HD?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający oczekuje obrazowania wysokiej rozdzielczości w standardzie min. SXGA.

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II

Ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec