



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 grudnia 2013 r.

AG- ZP 3320/70/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃLA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczy Zadanie 1 - odczynniki do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych: Czy Zamawiający może doprecyzować, jakich kodów kreskowych (podwójnych, poczwórnych, itp.) oczekuje i w jakiej ilości /2 lata ? Czy kody kreskowe mają stanowić odrębną pozycję w formularzu cenowym ?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje kodów kreskowych podwójnych w ilości odpowiadającej ilości probówek. Tak, kody mają stanowić odrębną pozycję w formularzu cenowym.

2. Dotyczy: Parametry techniczne wymagane dla dwóch analizatorów do badań hematologicznych – pkt. 24. Czy Zamawiający ze względu na konieczność sprowadzenia analizatorów z zagranicy dopuszcza możliwość instalacji w ciągu do 60 dni od daty zawarcia umowy?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji analizatorów w ciągu 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

3. Prosimy o zmianę zapisów: „Kupujący będzie określał terminy poszczególnych dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanych odczynników na dwa dni robocze wcześniej przed terminem dostawy.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – dostawa odczynników hematologicznych – przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy: dostarczenie wydierżawionych dwóch analizatorów (zadanie nr 1) w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy.” Na następujący: „Kupujący będzie określał terminy poszczególnych dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanych odczynników na **cztery** dni robocze wcześniej przed terminem dostawy.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – dostawa odczynników hematologicznych – przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy: dostarczenie wydierżawionych

dwóch analizatorów (zadanie nr 1) w terminie **8** tygodni licząc od daty zawarcia umowy.”

Wyjaśnienie: Ulega zmianie termin dostarczenia (dostawy) wdzierżawionych dwóch analizatorów – zadanie 1, który określa się następująco: „... dostarczenie (dostawa) wdzierżawionych dwóch analizatorów (zadanie nr 1) w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.”

4. Dotyczy Zadanie 1 – odczynniki do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych – umowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych za nieterminowe wykonanie dostawy przedmiotu umowy (odczynników, kontroli, próbek) z 0,2% na 0,1% ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych za niedostarczenie w ramach dzierżawy dwóch analizatorów z 0,2% na 0,1%.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Dotyczy Zadania nr 1 – pkt. 13 parametrów technicznych wymaganych dla dwóch analizatorów do badań hematologicznych. Czy Zamawiający dopuści analizatory hematologiczne z liniowością dla WBC do 150×10^3 w $1 \mu\text{l}$ i dla PLT do 2800×10^3 w $1 \mu\text{l}$?

Błędy podczas zliczania i oceny komórek przez analizator w dużej mierze są spowodowane przez rozcieńczenie, które jest wykonywane w każdym analizatorze hematologicznym w różnym stopniu. [1] Domyślne rozcieńczenie porcji krwi stosowane w oferowanym przez nas aparacie jest niższe niż w aparatach innych producentów. Dzięki temu aparat w czasie badania ocenia większą ilość komórek, co zwiększa dokładność pomiaru (w przypadku krwi ubogiej w składniki morfotyczne aparat Pentra jako jedyny nie zawyżył wyniku płytek [2]). W przypadku krwi bogatokrwinkowej możliwe jest zwiększenie liniowości przez dodatkowe rozcieńczenie badanej porcji krwi.

1. Am J Clin Pathol. 1993 Dec; 100(6):626-32. A parallel evaluation of four automatod hematology analyzers”
2. „Accuracy of platelet counting haematology analysers in severe thrombocytopenia and potential impact on platelet transfusion” H. C. Segal, C. Briggs, S. Kunka, A. Casbard, P. Harrison, S. J. Machin and M.F. Murphy

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy Zadania nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki stosowane w aparatach hematologicznych nie były sklasyfikowane jako niebezpieczne w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy Zadania nr 1. Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy dwóch wdzierżawionych analizatorów do czterech tygodni licząc od daty zawarcia umowy.

Wyjaśnienie: Ulega zmianie termin dostarczenia (dostawy) wdzierżawionych dwóch analizatorów – zadanie 1, który określa się następująco: „... dostarczenie (dostawa) wdzierżawionych dwóch analizatorów (zadanie nr 1) w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.”

8. Dotyczy SIWZ, Rozdział I, Zadanie 1 – Parametry techniczne, pkt. 24 tabeli oraz punkt dot. Terminu realizacji zamówienia: Zamawiający w treści SIWZ Parametry techniczne wymagane dla dwóch analizatorów do badań hematologicznych wskazuje, iż wykonawca jest zobowiązany do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, tymczasem w dalszej części SIWZ § 2 ust. 3 wzoru umowy 2 widnieje zapis „dostarczenie wydzierżawionych dwóch analizatorów (zadanie 1) w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy”. Prosimy o sprecyzowanie, który z podanych terminów jest poprawny i jednocześnie odpowiednie poprawienie zapisów SIWZ oraz wzoru umowy (jeśli jest taka konieczność).

Wyjaśnienie: Ulega zmianie termin dostarczenia (dostawy) wydzierżawionych dwóch analizatorów – zadanie 1, który określa się następująco: „... dostarczenie (dostawa) wydzierżawionych dwóch analizatorów (zadanie nr 1) w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.” Pkt. 24 „Parametrów technicznych wymaganych dla dwóch analizatorów do badań hematologicznych” otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.”

9. Czy Zamawiający wymaga, aby podane liniowości analizatorów dla wymienionych przez Zamawiającego parametrów dotyczyły morfologii krwi bez wstępnego (manualnego lub automatycznego) jej rozcieńczenia?

Wyjaśnienie: Liniowości parametrów dotyczą morfologii bez wstępnego rozcieńczania.

10. Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczane w płynach z jam ciała całkowite liczby komórek jądrowych z różnicowaniem na komórki jedno i wiele – jądrowe były parametrami diagnostycznymi i przesyłanymi do LIS?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej, której termin ważności wynosi minimum 2 miesiące (w obrębie danego numeru LOT) jeżeli ta rozdysponowana jest zgodnie z harmonogramem dostaw krwi kontrolnej?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zwracamy się z prośbą o wskazanie, jakiego rodzaju sprawdzianu międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości Zamawiający wymaga? Czy możliwe jest zaoferowanie tylko międzynarodowego zewnętrznego sprawdzianu producenta aparatu?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje międzynarodowej kontroli zewnętrznej z certyfikatem. Nie wskazujemy na rodzaj kontroli.

13. Dotyczy SIWZ, Rozdział II, Dokumenty i oświadczenia (...): Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajowym Rejestrze Sądowym? Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach

wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację.

Wyjaśnienie: Tak.

14. Dotyczy SIWZ, Rozdział III – Termin składania ofert: Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w terminie składania ofert, gdyż zamiast „16 grudnia 2008r.”, winno być „16 grudnia 2013 r.”

Wyjaśnienie: Termin składania ofert został przedłużony. Obowiązujący termin składania ofert to 20 grudnia 2013 r. godz. 10,00.

15. Dotyczy SIWZ Wzór umowy 2: §2 ust. 1: Prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin dostaw przedmiotu umowy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw wynoszący 5 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Termin dostaw przedmiotu umowy jest określony w SIWZ i jest obowiązujący - „Kupujący będzie określał terminy poszczególnych dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanych odczynników na **dwa dni robocze wcześniej przed terminem dostawy**”.

16. §2 ust. 2: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt brakujących odczynników, kontroli i innych produktów w przypadku gdy zaoferowane w ofercie ich ilości okażą się niewystarczające do wykonania wymaganych ilości badań. Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość badań wykonywaną z 1 opakowania odczynnika. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

17. §2 ust. 6: Prosimy o zmianę zapisu „uwzględniał” na „rozpatrywał”, gdyż dotychczasowy zapis wskazuje na brak możliwości nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

18. §2 ust. 6: Prosimy o dodanie w zdaniu pierwszym zapisu w brzmieniu: „Za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność usunięcia awarii powstała z winy Kupującego na skutek nieprawidłowej eksploatacji analizatorów.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

19. § 6 Prosimy o dodanie postanowienie w następującym brzmieniu: „Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności.” W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązująca się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego

spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

20. § 7. Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z winy Kupującego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §11 niniejszej umowy”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

21. §7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „ Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

22. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r Nr 101 poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.

4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.

7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia ich odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić

upoważnienia wystawione swoim pracownikom/ współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników/ współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały z obowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza danych osobowych do bazy danych aparatów.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek med. Andrzej Mielcarek