



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG-ZP 3320/74/ /13

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek, przyrządów do przetaczania płynów, rękawic i filtrów antybakteryjnych jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

1. Paragraf 2 ust. 5. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe w terminie 14 dni i ilościowe w terminie 3 dni dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt od daty zgłoszenia reklamacji”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

2. Paragraf 3 ust. 2 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „Wymienione ceny brutto mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy, dotyczy zmiany cen urzędowych i stawek VAT.” Czy w związku z planowaną drastyczną podwyżką stawki podatku VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%, Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy rozwiązania, zgodnie z którym cena brutto asortymentu objętego niniejszym postępowaniem będzie automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych regulacji waloryzowana o odpowiedni % wynikający ze zmiany stawek podatkowych? Zgoda Zamawiającego w tym zakresie pozwoli uniknąć niepowetowanych strat i rażącego pokrzywdzenia wykonawcy oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla trwałości stosunku zobowiązaniowego, który zostanie nawiązany w wyniku niniejszego postępowania. Ponadto Zamawiający nie będzie wówczas narażony na ryzyko związanego z sądowym miarkowaniem wynagrodzenia planowanego w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

3. Paragraf 9 ust. 2 b). Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że będzie ona powodowała podwyższenie ceny jednostkowej brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

4. Pakiet 5 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o powierzchni gładkiej/matowej?
Wyjaśnienie: Nie. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

5. Pakiet 5, poz.1. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych zgodnych z normą ASTM F 1671 oraz EN 374?
Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

6. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w par. 9 pkt. 2b) i mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIEŃIA
PIERWSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

neutralności VAT dla podatnika – podatek powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę), wprowadzi do umowy zapis: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”? Zmiany stawek VAT są zupełnie niezależne od Wykonawcy, oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Wykonawca nie może skalkulować tych zmian – oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki VAT (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującego odrzuceniem oferty).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 5 strzykawkę typu „Żaneta” bez zatyczki do końcówki cylindra?

Wyjaśnienie: Tak.

8. Zadanie nr 5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane o powierzchni gładkiej, spełniające pozostałe warunki zamówienia?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

9. Zadanie nr 5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 jako charakterystyka techniczno jakościowa dopuści zaoferowanie karty katalogowej oferowanego produktu?

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem, że karta katalogowa będzie zawierać wszystkie informacje na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

10. Dot. umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wyjaśnienie: Tak.

11. Dot. umowy: Czy zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonywania umowy” ? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

12. Pakiet 2 poz. 1. Proszę o dopuszczenie przyrządów pakowanych w folię. Opakowanie takie jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Wyjaśnienie: Nie. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

13. Pakiet 2 poz. 2. Proszę o dopuszczenie przyrządów pakowanych w folię. Opakowanie takie jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Wyjaśnienie: Nie. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

14. Pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga przyrządów bez ftalanów ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

15. Pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga przyrządów bez ftalanów ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

16. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 5 pozycji nr 1 rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane o powierzchni gładkiej i dopuści rękawice spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Wyjaśnienie: Nie. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

17. Dotyczy § 3 ust. 2 lit. b) wzoru umowy. Wnosimy o następującą zmianę: „W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

18. Dotyczy § 10 wzoru umowy. Czy Zamawiający zmodyfikuje § 10 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku wystąpienie braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. Ilość niezrealizowanych dostaw nie będzie jednak większa niż 20% wartości umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

19. Dotyczy pakietu nr 5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych o powierzchni gładkiej lub mikroteksturowanej.

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

20. Dotyczy zapisów SIWZ. Prosimy o dopuszczenie załączenia do oferty charakterystyki techniczno-jakościowej w formie karty katalogowej lub opisu zaoferowanych rękawic.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe formy charakterystyki pod warunkiem, że będą zawierać wszystkie informacje na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

21. Dotyczy zadania nr 2 – Przyrządy jednorazowego użytku do przetaczania infuzyjnych i krwi. Czy Zamawiający wymaga aby w przyrządach do przetaczania płynów infuzyjnych komora była wolna od niepożądanego PCV, a cały przyrząd pozbawiony szkodliwych ftalanów ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

22. Dotyczy zadania nr 2 – Przyrządy jednorazowego użytku do przetaczania infuzyjnych i krwi. Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd do przetaczania krwi pozbawiony był szkodliwych ftalanów ? I czy dla potwierdzenia i kontroli standardów wykonania przyrządów Zamawiający oczekuje dostawy przyrządów z logo producenta umieszczonym na przyrządzie ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

23. Dotyczy zadania nr 6 – Filtry antybakteryjne. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny hydrofobowy z pofałdowaną ceramicznie związaną membraną z portem kapno, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100%, objętość 35 ml, waga 26g, opór przepływu 3,5 – 3,6 cm H₂O/60L/min, czas użycia dla jednego pacjenta do 24 godz., sterylizowany radiacyjnie; opakowanie typu blister pack ?

Wyjaśnienie: Tak.

24. Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane gładkie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Wyjaśnienie: Nie. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

25. Dotyczy pakietu nr 6, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści filtry przeciwbakteryjne, objętość oddechowa 300 – 1500 ml, skuteczność nawilżania min. 30,1 mg/litr H₂O, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Wyjaśnienie: Nie.

26. Dotyczy zadania nr 6 – filtry antybakteryjne. Czy Zamawiający dopuści filtry przeciwbakteryjne oddechowe dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapno, sterylne, skuteczność nawilżania min 32 mg/litr H₂O/, minimalna objętość oddechowa 150 ml, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku ?

Wyjaśnienie: Tak, dopuszczamy.

27. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 ust. 5 na następujący: „Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

28. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 2 na następujący: „Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku zmianie ulega jedynie cena brutto, a netto pozostanie bez zmian” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

29. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 na następujący: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza wskazaną w ofercie) ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

30. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 na następujący: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

31. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 2b) na następujący: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała zmiany ceny jednostkowej netto” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

32. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 10 na następujący: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o nie więcej niż 20%, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

33. Zadanie 1. Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki dwuczęściowe mają posiadać nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą ich nominalnej pojemności ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

34. Zadanie 1. Czy w związku z tym, iż strzykawki 2 częściowe standardowo pakowane są w opakowania od 50 do 100 szt. w zależności od producenta, prosimy o możliwość podania ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Podanie ceny jednostkowej za jedną sztukę spowoduje zawyżenie ofert. Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość określenia w ofercie cenowej cen jednostkowych za oferowane przez Wykonawcę opakowanie wyrobu z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk podanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku uzyskania wyniku z miejscami po przecinku, ilość opakowań należy zaokrąglić „w górę” do liczby całkowitej.

35. Zadanie 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitylowej, bezpydrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie, o AQL < 1,0, o długości min. 300 mm +/- 10 mm, grubości na palcu 0,24 +/- 0,02 mm. Pragniemy nadmienić, iż tego typu rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks (warstwa nitylu ma kontakt z dłonią).

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

36. Zadanie 6. Prosimy o dopuszczenie filtra o poziomie nawilżania 31 mg H₂O przy VT = 500 ml.

Wyjaśnienie: Obowiązuje treść SIWZ z dotychczasowymi wyjaśnieniami.

37. Pytanie do umowy i zapisów SIWZ: W § 3 ust.2 i § 9 ust. 2b wzoru umowy Zamawiający odmawia Wykonawcy prawa do zmiany ceny brutto za przedmiot zamówienia w sytuacji gdy, z przyczyn niezależnych od woli strony umowy zawartej na okres 12 miesięcy, np. przyszłej aktywności ustawodawcy, zmieni się /zwiększy/ stawka podatku VAT. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawcy winni uwzględnić w swoich ofertach ww. niemierzalne i bardzo realne ryzyko gospodarcze /zmiana stawki VAT na wyroby medyczne może wynieść nawet 15%/ i czy zamawiający zdaje sobie sprawę z konsekwencji jakie mogą nastąpić w sytuacji gdy wykonawca nie będzie mógł realizować umowy w związku z tym, że zmuszony będzie sprzedawać towar po cenach dumpingowych co jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem ? Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zastąpienie dotychczasowej treści ww. zapisów wzoru umowy nową w brzmieniu: (...) W przypadku zmiany stawki (stawek) podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki). Zmiana ceny w tym przypadku będzie następowała z chwilą (wyraz nieczytelny) przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.(...)

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu okres obowiązywania umowy wynosi do 31 marca 2014r. licząc od daty jej zawarcia, zatem nie 12 miesięcy jak wskazuje Wykonawca lecz najwyżej 2,5 miesiąca.

38. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze dostarczanej wraz z zamówionym towarem znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ i obowiązujące przepisy.

39. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

40. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ – ryzyko transportu ponosi Wykonawca.

41. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta. Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ i wzoru umowy – jej integralnej części.

42. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 9 pkt.2 ppkt.b projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/11/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medyczne nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich tygodniach w myśl tych samych przepisów podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci. Podniesienie stawki VAT o 15%, przy aktualnych zapisach § 9 pkt. 2 ppkt. b projektu umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach, jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnia marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15%, przy konieczności utrzymania ceny brutto w niezmienionym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jaki zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej. Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ i wzoru umowy – jej integralnej części.

43. Dotyczy pakietu 1 poz. 1-4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość określenia w ofercie cenowej cen jednostkowych za oferowane przez Wykonawcę opakowanie wyrobu z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

44. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wolną od PCV ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

45. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi pozbawionych szkodliwych ftalanów ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

46. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający oczekuje dostawy przyrządów z logo producenta umieszczonym na przyrządzie ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

47. Dotyczy zadania nr 6. Czy Zamawiający wymaga filtrów mechanicznych o skuteczności filtracji w środowisku wilgotnym: 100% ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec