

9/ Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wstawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami podanymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

10/ Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ręcznym otwieraniem/ zamykaniem drzwi?

Odpowiedź: TAK

11/ Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej z pokrywą górną wykonaną z trwałych polimerów?

Odpowiedź: NIE

12/ Czy Zamawiający dopuści urządzenie o przyłączy do odpływu o średnicy 90 lub 100 mm.

Odpowiedź: TAK

13/ Czy Zamawiający wymaga myjnie-dezynfektor wyposażoną w ergonomiczny ekran wyświetlający wartość Ao, proces kontrolowany według parametru Ao= 60 z możliwością uruchomienia Ao= 600?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami podanymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

14/ Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznie odblokowywanymi drzwiami z zamkiem elektromagnetycznym, zwalniającym blokadę po procesie mycia i dezynfekcji, umożliwiającym ręczne otwarcie drzwi i opróżnienie komory?

Odpowiedź: TAK

15/ Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wysokości 163 cm, co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

16/ Czy Zamawiający dopuści zmianę parametru czasu reakcji z „max. 8h” na „max. 8h w dni robocze”?

Odpowiedź: NIE

17/ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki drukarskiej wymagając w punkcie Lp. 17 przyłączy do odpływu o średnicy 50 mm przy jednoczesnym wymogu Lp.2? „Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 przeznaczone do opróżniania mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie w tym baseny, kaczki (dokument potwierdzający załączony do oferty”.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści urządzenie o przyłączy do odpływu o średnicy 90 lub 100 mm.

18/ Czy Zamawiający dopuści do oferowania urządzenie, którego panel sterowania oraz górna część obudowy są wykonane z polimerów ?

Odpowiedź: NIE

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego

mgr Roman Kapica