

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu<sup>®</sup>**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AOT-R 2021/ / /2013

Zamość, 17.05.2013r.



Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy : odpowiedzi na zadane pytania  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Dział Obsługi Technicznej przedstawia odpowiedzi na przesłane pytania do opisu przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do składania ofert na **„Dostawę i montaż urządzenia : myjnia- dezynfektor – ilość 1szt.”**

1/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wysokości 1775 mm , co nieznacznie zwiększa wysokość urządzenia oraz poprawia komfort pracy, gdyż użytkownik nie jest narażony na opary z komory myjącej?

Odpowiedź: TAK



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec