

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AOT-R 2021/ / /2013

Zamość, 15.07.2013r.



Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Dotyczy : odpowiedzi na zadane pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przesyła odpowiedzi na przesłane pytania do opisu przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do składania ofert na „**Dostawę i montaż urządzenia : myjniadezynfektor – ilość 1szt.**”



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERŚNIĄ

1/ Czy Zamawiający wymaga dwóch pomp dozujących: jednej do detergentu czyli środka do mycia i drugiej do płynu płuczaco - odkamieniającego lub tylko jednej pompy dozującej do płynu płuczaco – odkamieniającego wraz z dostawą odpowiednich środków w zależności od ilości wymaganych pomp dozujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści myjnię posiadającą jedną pompę dozującą , do której podłącza się płyn płuczaco – odkamieniający.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524