

Opis Przedmiotu zamówienia: Myjnia – Dezynfektor – 1 szt.

Oferowany model/typ

Producent

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Klasa wyrobu medycznego:

LP.	OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA (kol.1)	Parametry wymagane (kol.2)	Parametr oferowany (podać wartość, zakresy lub opisać) (kol.3)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2013	tak	
2.	Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie, w tym baseny, kaczki (dokument potwierdzający załączony do oferty)	tak	
3.	Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu lub od góry przez uchylną klapę (drzwi)	tak	
4.	Automatyczne lub ręczne otwieranie i zamykanie drzwi	tak opis	
5.	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń.	tak	
6.	Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji	tak	
7.	Automatyczny przebieg procesu.	tak	
8.	Czytelny wyświetlacz z panelem sterowania w języku polskim. Informacja na wyświetlaczu dotyczy fazy cyklu , temperatury w komorze mycia oraz informacji o rodzaju awarii	tak opis	
9.	Dezynfekcja termiczna regulowana	tak podać dane	

10.	Minimum dwa cykle pracy:	tak opis	
11.	Czas programu standardowego przeznaczonego dla basenów nie dłuższy niż 12 min.	tak podać dane	
12.	Wymiary zewnętrzne urządzenia wolnostojącego : – szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 180 cm,	tak podać dane	
13.	Obudowa i komora wykonana w całości ze stali nierdzewnej odpornej na korozję	tak	
	Brak łączeń w komorze, krzywizny i zaokrąglone narożniki.	tak opis	
14.	System samooczyszczania - para przechodzi przez dysze myjące	tak	
15.	Przystosowana do pracy z wodą nieuzdatnioną zimną i ciepłą o dużej twardości	tak podać dane	
16.	Średnica przyłączy wodnych 1/2" lub 3/4".	tak podać dane	
17.	Odpływ kanalizacyjny średnicy 90 lub 100 mm.	tak opis	
18.	Wbudowana pompa detergentu lub jedna pompa dozująca płyn płuczaco - odkamieniający	Tak /opis	
19.	Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia.	tak	
20.	Wbudowana niskociśnieniowa wytwornica pary przystosowana do zasilenia wodą nieuzdatnioną (o dużej twardości)	Tak opis	
21.	Urządzenie wyposażone w dodatkowa pompę do realizacji funkcji odkamieniania.	Tak opis	
22.	Pompa i pojemnik z substancją chemiczną (odkamieniaczem) zlokalizowane w szafce pod komorą do mycia i dezynfekcji lub jedna pompa dozująca płyn płuczaco - odkamieniający	Tak /opis	
23.	Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V/ 3 / 50 Hz. Lub 400 V / 3+ N / 50 Hz .Maksymalna moc zasilania – do 6 kW.	Tak podać dane	
24.	Wyposażone w wyłącznik główny energii elektrycznej.	tak	
25.	Pojemność komory: – jednocześnie 1 "basen z rączką" , pokrywka basenu i 1 „kaczka” – lub 3 „kaczki”	tak opis	
26.	Kosz uniwersalny lub kosz do mycia i dezynfekcji sprzętu z pkt 25	tak	
27.	Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji (certyfikat) CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (dołączyć do dokumentacji przetargowej)	tak	
28.	Do dokumentacji przetargowej załączyć dokumentację zawierającą szczegółowe rysunki instalacyjne umożliwiające wykonanie przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej	tak opis	
29.	Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu	tak	
30.	Wyposażenie startowe; a) środek myjący (kanister 5 litrów) – 1 szt. + karta techniczna+ karta charakterystyki środek odkamieniający (kanister 5 litrów) 3 szt. + karta techniczna + karta charakt.er.	tak opis	

	lub środek płuczaco – odkamieniający - 20 litrów + karta techniczna + karta charakterystyki b) basen z tworzywa sztucznego - 3 szt. c) kaczki z tworzywa sztucznego - 3 szt.		
31.	Podać minimum dwóch dostawców dla wyposażenia z poz. a, b, c oraz d z pkt.30	tak opis	

Warunki gwarancji i serwisu

Lp	Warunki gwarancji i serwisu	Warunek	Opis
1	Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na płuczkę – dezynfektor	minimum 24 miesiące	
2	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta	TAK	
3	Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych	podać	
4	Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach)	<=8 h	
5	Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach)	<=48 h	
6	Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach)	<=3 dni robocze	
7	Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia	TAK	
8	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy	3 naprawy	
9	Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji	Min. 10 lat od daty dostawy	
10	Liczba i lokalizacja autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	podać	
11	Autoryzowany punkt serwisowy dla zamawiającego podać : adres, telefon, e-mail, nazwisko osoby do kontaktów	podać	
12	Średni roczny koszt obsługi technicznej po okresie gwarancji w zł	podać	

.....
/podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy/