



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu<sup>®</sup>**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 29.03.2013r.



AZ.2150-10/2/2013

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę narzędzi neurochirurgicznych wpłynęły pytania.

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi .

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Pytanie 1:

„Prosimy o wyjaśnienie: Narzędzia neurochirurgiczne dotyczące wyżej wymienionego zaproszenia są to narzędzia, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego typu narzędzi wynosi ok. 6 tygodni od daty wpływu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 30 dni do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia na narzędzia ?”



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami podanymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

tel. Centrala  
84 6773333

Pytanie 2:

„Czy wielorazowy, sprężynowy hak z klamrą mocującą do operacji neurochirurgicznych czaszki ma mieć dł 31cm czy może 41cm ?”

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

Odpowiedź:

Co najmniej 40cm.

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek