



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu<sup>®</sup>**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 5.04.2013r.



AZ.2150-5/6/2013

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na  
dostawę sond i endosond wpłynęło pytanie.

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi .

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Pytanie 1:

„Proszę o sprecyzowanie jaką sondę typu „G” Zamawiający ma na myśli. Proszę podać  
konkretny rozmiar oraz doprecyzować parametry wymaganej sondy.”



KOMITET  
UPOWAŻNIENIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

Odpowiedź:

Sonda G ( G-Probe) do cyklofotokoagulacji przetwardówkowej, kompatybilna z laserem  
diodowym IRIS OcuLight - SLX.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek