

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 stycznia 2013 r.

Certyfikat nr 0019/2011 AZP 3320/1/ /13
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do zamykania wad wrodzonych serca. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy zamawiający dopuści w postępowaniu:

- Okludery do zamykania drożnych otworów owalnych (PFO) - okluder upleciony z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez zacisków, dostępność okluderów o równych średnicach dysków: 20, 26, 30 mm – zestaw składający się z okludera, koszulki dostarczającej oraz przewodnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności

oraz

- Okludery do zamykania ASD – okluder upleciony tylko z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez wystających zacisków, mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie przez część środkową okludera; zakres średnic części środkowej od 8 do 30 mm, zestaw składający się z: okludera, systemu uwalniającego do zamykania ubytków między przedsionkowych typu drugiego, cewnika balonowego do pomiaru wielkości ubytku, przewodnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności ?

Wyjaśnienie: Nie.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

2. Czy Zamawiający dopuści okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych o średnicach części wewnętrznej od 4 do 40 mm, łączących się z zestawem wprowadzającym za pomocą systemu odkręcanych ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza system odkręcany pod warunkiem zachowania innych parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z – ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. Med. Marek Lipiec

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524