



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu^(A)**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 05 kwietnia 2013 r.



AZP3320/13/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę zastawek mechanicznych, biologicznych, pierścieni, protez oraz elektrod dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1 dot. zadania nr 7

Prosimy o dopuszczenie długości 30 cm dla średnicy 36 mm

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszcza się długość 30 cm protezy dla rozmiaru 36 mm.

Pytanie 2 dot. zadania nr 9

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów zastawek firmy Vascutek, wykonanych ze świeżych tkanek świńskich, niewymagających zabezpieczenia przed kalcyfikacją, z ponad 10-cio letnim udokumentowanym okresem bez kalcyfikacji?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. § 5 ust. 2 wzoru Umowy

Prosimy o zmianę z:

“Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”

na:

“Wymienione ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 dot. § 11 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o zmianę z:

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany osób upoważnionych do odbioru/kontaktów oraz rachunku bankowego i innych danych stron.
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto
- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany.
- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrów w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie.
- w przypadku zmiany ilości sztuk zastawek, pierścieni, protez oraz elektrod w banku
- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

na:

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany osób upoważnionych do odbioru/ kontaktów oraz rachunku bankowego i innych danych stron
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto.
- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany
- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrów w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie.
- w przypadku zmiany ilości sztuk zastawek, pierścieni, protez oraz elektrod w banku
- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania, maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 zastawek mechanicznych niskoprofilowych, wykonanych z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym, o kącie otwarcia 85 stopni, odporności na MRI do 3 Tesli, rozmiarach 19-29 mm w pozycji aortalnej oraz 17-37 mm mitralnej, liczbie wszczepień powyżej 2 milionów, spełniających pozostałe parametry SIWZ?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 6 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 protezy aortalnej zastawką wykonaną z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym, o kącie otwarcia 85 stopni, odporności na MRI do 3 Tesli, rozmiarach 19-31 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 7 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 zastawek biologicznych świńskich kompozytowych, w rozmiarach 19-29 mm i średnim gradiencie poniżej 15 mmHg w pozycji aortalnej oraz 25-33 mm i średnim gradiencie poniżej 5 mmHg w pozycji mitralnej, spełniających pozostałe parametry SIWZ?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu