



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 marca 2013 r.

AZP 3320/14/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Dot. Szyny elektromagnetycznej do ćwiczeń biernych kończyny górnej. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje bardzo dobrej jakości szynę posiadającą następujące parametry: - zgięcie/wyprost 20/180°; - rotacja ze stałym odwiedzeniem/przywiedzeniem: 60° wewnątrzna/90° wewnątrzna; - szyna zamocowana na krześle będącym elementem wyposażenia standardowego.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Dotyczy aparatu do ultradźwięków. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje aparat do ultradźwięków posiadający dwuczęstotliwościową głowicę 1/3 Mhz o powierzchni 4 cm²? Głowica nie posiada kołnierza wokół membrany.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Z – ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec