



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 02 kwietnia 2013 r.

AZP 3320/14/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃLA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Dotyczy aparatu wielofunkcyjnego do elektroterapii. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje aparat do elektroterapii z bardzo prostą obsługą posiadający łacińskie nazwy prądów, które są niemal identyczne jak nazwy polskie ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Dotyczy aparatu wielofunkcyjnego do elektroterapii. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje stolik dwupółkowy ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Zadanie 5. Czy Zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej umożliwiające mobilizację stawu biodrowego, kolanowego i skokowego o parametrach: - regulacja prędkości w trakcie zgięcia – wyprostu, - regulacja siły oporu, - regulacja czasu trwania ćwiczeń, - automatyczne zwiększanie wyprostu, - automatyczne zwiększanie zgięcia, - przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia, - przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu, zakres ruchu w stawie kolanowym 0 do 110°, - zakres ruchu w stawie skokowym 20 do 40°, - prędkość ruchu od 0,8°/ sekundę do 4,6°/sekundę, - możliwość współpracy z kartą pamięci, - funkcja rozgrzewki, - pilot dla pacjenta, który umożliwia zatrzymanie pracy urządzenia i ponowne uruchomienie, - w przypadku zbyt dużego nacisku (obciążenia, zblokowania) ruch w kierunku odwrotnym, - wymiary 85x30x55 cm, - waga 15 kg.

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Zadanie 8. Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej o parametrach: - terapia z częstotliwością 1MHz i 3 MHz, - dwie głowice wodoszczelne umożliwiające wykonywanie zabiegów w wodzie, - głowica ceramiczna z kołnierzem wokół membrany ograniczającym rozprzestrzenianie się ultradźwięków na osobę wykonującą zabieg, -

możliwość pracy manualnej lub w oparciu o procedury zabiegowe zapisane w pamięci aparatu, - tryb pracy ciągły lub impulsowy, - automatyczne rozpoznawanie podłączonych akcesoriów, - wizualizacja intensywności w W/cm², - sygnalizacja braku sprzężenia (wizualna, dźwiękowa),- częstotliwość modulacji min. 10 – 100% z regulacją co 10%, - dwie wieloczęstotliwościowe głowice ultradźwiękowe 1 – 3MHz o średnicy 5 i 1 cm, - praca ciągła i impulsowa, - możliwość współpracy z aparatem do elektroterapii – terapia skojarzona, - bank gotowych programów zabiegowych, - modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu, - możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym, - czytelne i przejrzyste menu w języku polskim, kartoteka pacjenta (gromadzenie danych pacjentów, rodzaj schorzenia, spis zabiegów wykonywanych pacjentowi, indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta, możliwość oceny skali bólu na początku oraz na końcu leczenia, - aparat posiada 3-letnią gwarancję.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

5. Zadanie 9. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny aparat do elektroterapii spełniający wymogi siwz, z 5 – letnią gwarancją, ale bez wbudowanego akumulatora ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek