

Zamość, dnia 28 marca 2013r.

AZP.3320/15/ /13

dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści sprzęt do zabiegów witrektomii z dzierżawą witrektomu wyposażony w zestaw do fakoemulsyfikacji z cięciem max. 2,8 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający może określić czy w zestawach do fakoemulsyfikacji ma na myśli igłę prostą, ściętą pod kątem 30° o wielkości cięcia max. 2,6 mm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści sprzęt do zabiegów witrektomii z dzierżawą witrektomu wyposażony w końcówkę do endodiatemii 23G wielorazową ? Jeśli tak, czy może określić ile endodiatemii wielorazowych powinien zaoferować wykonawca ?

Wyjaśnienie:

Tak. Należy zaoferować 1 (jedną) endodiatemnię wielorazową.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści preparat wiskoelastyczny o stężeniu 1,55% hialuronianu sodu, pozostałe wymagania bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści preparat wiskoelastyczny 1,4% hialuronianu sodu o lepkości 20 000 – 60 000 mPa/s, masie cząsteczkowej 1,1 mln – 2,0 mln D, pozostałe wymagania bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa,
- stopień uwodnienia 25%,
- konstrukcja – jednoczęściowa, z zamkniętymi haptkami podpierającymi soczewkę w 4 punktach,
- średnica całkowita 10,75 mm,
- średnica optyczna 6,15 mm,
- właściwości asferyczne, aberracja skorygowana $Q = -0,11 \mu\text{m}$,
- podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz ostre brzegi na częściach haptycznych,
- angulacja 5° ,
- stała A 118,9,
- cięcie $\geq 1,8 \text{ mm}$,
- funkcje anti-glare redukująca odblaski,
- dioptraż od 10-30D (co 0,5D), dwuwypukła.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wymaga soczewek zapakowanych fabrycznie do cartridge'a umieszczonego w jednorazowym injectorze ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści światłowody do witrektomii 20G i 23G – odpowiednio 20 i 10 szt. zawarte zestawach do witrektomii ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści wielorazowe typy do fakofragmentacji (sterylizowalne) – sztuk 1 oraz zestawy (kasety + dreny) na 5 zabiegów ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści 2 sztuki wielorazowych, sterylizowalnych końcówek do endodiatermii 23G ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy diatermii o akcesoria umożliwiające wykonanie łączonych zabiegów zaćmowo – jaskrowych ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga preparatu pochodzenia naturalnego ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o pojemności 0,85 ml, lepkość 3,3 mln cPs, masie cząsteczkowej 5 mln Daltonów ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie w jakiej formie należy przedstawić formularz cenowy ? Czy Zamawiający wymaga przedstawienia formularza jak poniżej czy też w inny sposób ? (*formularz w formie proponowanej przez Wykonawcę załączono do nin. pisma*).

Wyjaśnienie:

Obowiązuje sposób sporządzenia formularza cenowego – oferty cenowej dla poszczególnych zadań określony na str. 10 – 11 SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści roztwór hialuronianu sodu o osmolarności: 285-315 mOsmol/l i masie cząsteczkowej 1.5 mln Daltonów, przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści soczewkę do MICS hydrofilną z powierzchnią hydrofobową o angulacji 0°, o nieziennej wielkości części optycznej: 6,0 mm i haptycznej: 11,0 mm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 3 preparatu wiskoelastycznego o następujących parametrach:

- sól sodowa hialuroniatu,

- stężenie: 1,4%,
- lepkość: $(0,1 \text{ s}^{-1}) 120\,000 \text{ mPa/s}$,
- masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 mln – $3,5 \times 10^6$ Daltonów,
- osmolarność: 280 – 330 mOsmol/l,
- pH: 6,8 – 7,6
- objętość – 1 ml
- IF (siła wstrzykiwania) na poziomie 12N ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu wiskoelastycznego o powyższych parametrach.

Pytanie do zadania 2 dot: głowica do witrektomii tylnej 20G w zestawach (kasetka, zatyczki, dreny infuzyjne z wpustem 5 – 6 mm a aparatem do kroplówki) 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści 3 sztuki drenów infuzyjnych z wpustem dług. 6 mm wielokrotnego użytku jako uzupełnienie 20 sztuk jednorazowych drenów infuzyjnych o długości wpustu 4 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek