



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 03 kwietnia 2013 r.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/17/ /13

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do zamykania wad wrodzonych serca. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

1. Czy zamawiający dopuści okludery do PFO o budowie 2 dysków nitinolowych i równych średnicach dysków: 20mm, 26mm oraz 30mm; dysk lewoprzedsiolkowy pozbawiony elementu spinającego oraz okludery do ASD o budowie 2 dysków nitinolowych i dostępnych średnicach od 8 do 30 mm?

Wyjaśnienie: Wybór rozmiarów pozostaje bez zmian, musi być zgodny z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w siwz.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie okludera posiadającego dysk lewoprzedsiolkowy z elementem spinającym elementy konstrukcyjne implantu ?

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w siwz.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec