



Zamość, dnia 24 stycznia 2013 r.



AZP.3320/ 3/ / 13

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznej myjni endoskopowej. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczy pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga także automatycznego suszenia endoskopów oraz wyposażenia urządzenia w suszarkę do suszenia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga.

2. Dotyczy pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga podania listy środków dostępnych na rynku polskim, jakie mogą być stosowane w oferowanym urządzeniu i dołączenia do oferty listy środków różnych producentów z min. 3 zestawami środków myjących i dezynfekcyjnych.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga wbudowanej drukarki parametrów procesu i uzyskania wydruku w postaci raportu dla każdego endoskopu.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

4. Dot. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym uzdatnianie odbywa się przy pomocy filtrów mikrobiologicznych? Uzasadnienie: Zgodnie z normą PN-EN 15883 – 4 woda do płukania w myjniach endoskopowych musi być uzdatniona. Norma nie podaje metody uzdatniania wody, pozostawiając wybór producentom urządzenia. Uzdatnianie wody poprzez zestaw filtrów mikrobiologicznych nie tylko eliminuje zanieczyszczenia biologiczne ale również możliwe zanieczyszczenia mechaniczne, które mogłyby uszkodzić delikatną optykę endoskopu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. Pkt. 13. Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone tylko w system kontroli szczelności, czy również (zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883 – 4) w system, który na bieżąco monitoruje przepływ oraz ciśnienie w poszczególnych kanałach endoskopu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

„Zamawiający zgadza się, że opóźnienie w zapłacie ponad 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie wykonawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności”.

Jeżeli zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30-dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy wzoru umowy:

W związku z brakiem w przedłożonym do SIWZ projekcie umowy jakichkolwiek zabezpieczeń dla terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy), prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy odpowiednich zapisów:

„a) dot. zastawu rejestrowego:

Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy zastaw rejestrowy, czego dowodem będzie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Krajowego Rejestru Zastawów. Brak ustanowienia zastawu rejestrowego uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy”.

Prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz podmiotu finansującego.

„b) dot. weksła in blanco:

Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego”.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych oraz informację, że jeżeli wewnętrzne procedury wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki w wysokości 1,5 raza ustawowe, zamawiający wyrazi na to zgodę?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów dot. skorzystania przez wykonawcę z prawa rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy wzoru umowy:

W związku z faktem, że długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę § 4 punkt 2 wzoru umowy, aby data spełnienia świadczenia uważana była za dzień uznania rachunku wykonawcy.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

11. Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego, na zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

12. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza ofertowego w zakresie sposobu obliczania ceny w ten sposób, aby wyodrębnić cenę za dostawę i wyposażenie oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje także powstanie kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego, pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów, jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu zamawiający uzyska cenę oferty od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Poniżej przedstawiam propozycję zmiany formularza ofertowego:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem za:

cenę netto (bez podatku VAT)zł.

słownie.....

cena netto finansowania*zł.

słownie.....

kwota podatku VAT od sprzętu zł.

słownie.....

kwota podatku VAT od finansowania* zł.

słownie.....

cena sprzętu oraz finansowania z podatkiem VAT zł.

słownie

* jeżeli dotyczy

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy instrukcji dla wykonawców, rozdział I, Lp. 15:

Czy Zamawiający dopuści automatyczną myjnię endoskopową wykonaną z następujących materiałów:

- obudowa myjni ze stali konstrukcyjnej węglowej pokryta lakierem piecowym?
- komora myjni z tworzywa sztucznego?
- pozostała charakterystyka bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

14. Prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

15. Pytanie dot. zapisów SIWZ punkt III:

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty ma być załączony zaakceptowany i wypełniony wzór umowy?

Wyjaśnienie: Informujemy, iż Formularz „oferta wykonawcy”, wymagany przez zamawiającego, w punkcie 5 zawiera zapis: „Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego”. Załączenie więc zaakceptowanego i wypełnionego wzoru umowy nie jest wymagane.

16. Dot. zapisów umowy paragraf 6 punkt 3, 4, 5:

Czy w przypadku zapewnienia przez wykonawcę sprzętu zastępczego, który zapewnia ciągłość pracy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku nieterminowego wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych?

Wyjaśnienie: Tak.

17. Dot. zapisów umowy paragraf 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą zamawiającego? Taki zapis chroni skutecznie interesy zamawiającego i dostawcy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

18. Dot. warunków gwarancji (załącznik nr 3 do SIWZ) punkt 3 „czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (48 h)”:

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii liczony był w dniach roboczych?

Wyjaśnienie: Tak.

19. Dot. zapisów SIWZ punkt „Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta” punkt 5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia: drukarka, czytnik (punkt 14 opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do SIWZ) nie będącego wyrobem medycznym (23% VAT), posiadającego deklarację zgodności?

Wyjaśnienie: Tak.

20. Dot. opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający wymaga, aby opisany przez zamawiającego system do sczytywania i raportowania tj. dokumentowanie procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznawaniem endoskopów i osób tj. typ i numer fabryczny endoskopu, nazwisko osoby uruchamiającej proces współpracował również z już posiadaną przez pracownię endoskopową myjnią ETD?

Wyjaśnienie: Nie jest to wymóg zamawiającego.

21. Czy zaoferowanie urządzenie powinno spełniać wymagania obecnie obowiązującej normy dotyczącej myjni dezynfektorów do endoskopów tj. PN EN 15883 cz. 1 i cz. 4?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiający oczekuje urządzenia pracującego w systemie otwartym z możliwością mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów przy wykorzystaniu środków chemicznych różnych producentów?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek