



Zamość dnia 20 marca 2013r.



AZP3320/6/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę kardiomonitorów z pomiarem gazów anestetycznych oraz ssaków elektrycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1 dot. zadania nr 2 – ssak elektryczny:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka o parametrach:

- Głośność urządzenia 45 dB
- Ssak wyposażony w dwa nietłukące zbiorniki i pokrywy wielorazowego użytku o poj. 2 L na odsysanie treści z możliwością mycia, dezynfekcji i sterylizacji wraz z uchwytem mocującym. Pokrywy ze zintegrowaną uszczelką zapewniają szczelność zbiorników. Ssak z możliwością podłączenia 4 butli o pojemności 2 l co daje w sumie 8 l pojemności.

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania nr 2 – ssak elektryczny:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o budowie blokowej z podstawą jezdnią umieszczoną na 4 kołach (w tym 2 z blokadą)?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania nr 2 – ssak elektryczny:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak operacyjny posiadający wielostopniowe tj. trzystopniowe zabezpieczenie ssaka przed przelaniem pompy w postaci filtrów przeciw-bakteryjnych /hydrofobowych, pułapek wodnych jak również zastawek przeciw-przelewowych w miejsce wymaganego zbiornika zabezpieczającego 0,5 litra? Trzystopniowe zabezpieczenie ssaka daje pełną gwarancję użytkowania zarówno dla personelu jak i potencjalnego pacjenta, jak również eliminuje konieczność stosowania dodatkowego zbiornika zabezpieczającego.

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dot. zadania nr 2 – ssak elektryczny:

Czy Zamawiający wymaga aby ssak posiadał pedał do sterowania nożnego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby ssak posiadał wyłącznik/włącznik nożny.

Pytanie 5 dot. zadania nr 2 – ssak elektryczny:

Czy Zamawiający wymaga, aby ssak elektryczny, posiadał obudowę z tworzywa twardego, trudnoscieralnego ABS, a jednocześnie bardzo łatwego do utrzymania w czystości. Rozwiązanie to daje maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Wyjaśnienie:

Nie jest to wymóg Zamawiającego.

*Lek. med. Marek Lipiec
Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*