



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 lutego 2013r.



AZP.3320/9/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 6 poz. 2 fartucha posiadającego wiązanie przy szyi oraz w pasie ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha do ochrony osobistej bez zapięcia przy szyi ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa „w razie zwłoki” zostały zastąpione słowami „W razie co najmniej trzykrotnej zwłoki” ? Aktualna treść § 7 wzoru umowy daje bowiem Zamawiającemu możliwość odstąpienia od umowy nawet w

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienia treści SIWZ – postępowanie AZP.3320/9/13

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Strona 1 z 9

przypadku jednorazowego uchybienia Wykonawcy co wydaje się sankcją niewspółmiernie dotkliwą ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. SIWZ i formularza Oferty:

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami w SIWZ na str.7 - 8, gdzie mowa o pełnomocnictwie dla osoby podpisującej ofertę.

Pytanie dot. formularza ofertowego i cenowego:

Czy Zamawiający, wymaga aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Wyjaśnienie:

Wymagania złożenia formularza “Oferta Wykonawcy” i oferty cenowej dotyczą zadań oferowanych przez Wykonawcę.

Pytanie dot. postanowień umownych § 7 ust. 2:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: “Trzykrotna kolejna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. postanowień umownych § 7:

Wnosimy o modyfikację w/w zapisu: W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówił dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone produkty. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. ośw. o dokumentach dopuszczających:

W rozdziale SIWZ Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że dostarczane produkty odpowiadają normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklaracji zgodności lub certyfikatu CE. Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionym przepisami będzie wymagał dołączenia do

oferty oświadczenia, iż Wykonawca posiada właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

- dla klasy IIb i III zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej,
- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności,
- dla wyrobów klasy IIa, I sterylnej i z funkcją pomiarową certyfikatu wraz deklaracją oraz Wpis/zgłoszenie lub Powiadomienie dla wszystkich grup produktów.

Wyjaśnienie:

Wymagane w pkt. 4 str. 7 SIWZ oświadczenie musi potwierdzać posiadanie przez wykonawcę deklaracji zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych dla oferowanych wyrobów klasy I niesterylnych i bez funkcji pomiarowej, natomiast dla wyrobów pozostałych klas – deklaracji zgodności i certyfikatów jednostki notyfikowanej (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych). Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.

Pytanie dot. § 9 ust. 2b umowy:

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) – celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 9 ust. 2b Umowy poprzez umieszczenie zapisu: “W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT” ?

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy – art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz, 1050 z późn. zm.), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczeniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian – oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). Obciążenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 11:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w zadaniu 11 Zamawiający wymaga, aby opaski identyfikacyjne wykonane były z miękkiego o gładkich krawędziach hipoalergicznego winylu co pozwala na uniknięcie ewentualnych podrażnień skóry, które mogą powstawać przy stosowaniu opasek wykonanych z PCV ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie stawia wymogu odnośnie materiału z którego mają być wykonane opaski.

Pytanie dot. zadania 11:

Zwracamy się z pytaniem czy w zadaniu 11 Zamawiający wymaga, aby opaski identyfikacyjne były produktami medycznymi (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dyrektywą EU nr 89/686/EEC; 93/42/EEC art. 3 dot. urządzeń medycznych aneks I i II dla urządzeń klasy I) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby opaska była wyrobem medycznym.

Pytanie dot. zadania 22:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 22 zestawów permanentnych do hemodializy w rozmiarze 15,5F spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów permanentnych do hemodializy w rozmiarze 15,5F spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ

Pytanie dot. zadania 3 pozycja 3:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o następujących parametrach:

- worek zbiorczy o pojemności 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/;
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm;
- dren jednoświatłowy o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu;
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego;
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu;
- samouszczelniający się port do pobierania próbek;
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie;

- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach),
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie;
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty), opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe;
- tylna ścianka komory biała, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu;
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny z wiązaniem na troki przy szyi, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę do pistoletu Magnum Bard 18G x 25 cm ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14, pozycja 1-2:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z 1 znacznikiem głębokości w postaci grubego paska wokół rurki ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez znacznika głębokości z podziałką centymetrową ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20, pozycja 1:

Czy Zamawiający oczekuje mieszka do odsysania ran wysokociśnieniowego czy niskociśnieniowego ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania mieszka niskociśnieniowego.

Pytanie dot. zadania 20, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści mieszek do odsysania ran pakowany podwójnie wewnątrz w worek foliowy na zewnętrzne opakowanie folia/papier ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 20, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści mieszek do odsysania ran o pojemności 200 ml?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 dopuści cewniki angiograficzne o długości 100 i 110 cm bez końcówki cewnika ze znacznikiem o podwyższonej widoczności w rtg, jednakże posiadającą końcówkę doskonale widoczną w rtg oraz czy dopuści cewnik Pigtail z 6 otworami bocznymi, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 dopuści introduktory – zestawy z mini przewodnikiem prostym o średnicy 0,025”, igłą angiograficzną 20 G i długości 51 mm i z koszulką o długości 10 i 16 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, która nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego zapewnia Wykonawca ponosząc ryzyko transportu.

Pytanie dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłączenie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści dren o rozmiarze CH25 ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z jedną zastawką antyzwrotną, komora kropłowa o pojemności 400 ml ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 11 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga opasek do identyfikacji dorosłych pakowanych w opakowanie zbiorcze 50 szt. z czystą kartką do uzupełnienia danych pacjenta ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie stawia wymogu odnośnie ilości sztuk w opakowaniu. Opaska powinna zawierać czystą karteczkę do naniesienia danych pacjenta.

Pytanie dot. zadania 22 :

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 22 zestawów permanentnych do hemodializy sterylne dwukanałowe, z symetryczną końcówką (zmniejsza stopień recyrkulacji przy odwróconych liniach do 1%) i mufką do długotrwałego utrzymywania w żyłę, hydrofilny wykonany z carbothanu umożliwiający przepływ do 500 ml/min. Rozmiar 14,5 Fr długość 19, 23, 28, 33, 55 cm. Dostarczone w kompletnych zestawach do implantacji internistycznej z systemem zabezpieczającym przed znacznym upływem krwi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych zestawów permanentnych do hemodializy.

Pytanie dot. paragrafu 2 ust. 5 wzoru umowy:

Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

“W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie dot. zadania 22:

Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 22 załącznika 3 siwz zestawów do hemodializy o następujących parametrach:

- Zestaw permanentny do hemodializy sterylny dwukanałowy, z rozdwojona końcówką do długotrwałego utrzymywania w żyłę wykonany z poliuretanu. Rozmiar 12 F, długość 15 i 20 cm (do wyboru przez zamawiającego). Dostarczone w kompletnych zestawach do implantacji internistycznej z systemem zabezpieczającym przed znacznym ubytkiem krwi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych zestawów permanentnych do hemodializy.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszków do odsysania ran o pojemności 200 i 400 ml ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy dren ma być żebrowany wzdłużnie zewnętrznie, o gładkiej powierzchni wewnętrznej co zapobiega zasysaniu się ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 3:

Prosimy o sprecyzowanie czy sterylny system do pomiaru diurezy godzinowej ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się port do odsysania położony centralnie między dwiema membranami nawilżającymi ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego zestawu do tracheostomii przezskórnej, tak jak obecnie stosowane, metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

1/ rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem “J” i modulem pomocniczym, kaniula punkcyjna 17G x 70 mm/ 14G x 52 mm, skalpel, strzykawka Luer – Lock

2/rurka tracheostomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z przewodnikiem-intubatorem z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. Bez lateksu.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Prosimy o sprecyzowanie czy intubator w zestawie ma być pokryty hydrofilną powłoką ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym producenta firmy Teleflex Medical wykonanej z wysokiej jakości medycznego PCV, posiadającej znacznik głębokości w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zapisów siwz:

Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaoferowany sprzęt odpowiada wymogom SIWZ doda w formularzu cenowym “kolumnę nr katalogowy”, która w sposób jednoznaczny określi produkt i pozwoli na jego zweryfikowanie ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek