



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2013-02-12



TIK 2121-2/16/2013

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na dostawę wraz z wymianą zużywalnych części głowicy w litotrypterze Dornier Compact Sigma prod. DornierMedTech wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

1. Jaki typ litotryptera posiada Zamawiający, Dornier Inline (z głowicą w therapy head) czy Dornier Outline ?

Odpowiedź: Dornier Outline

2. Czy w skład przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie testów ?
Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę wraz z wymianą zużywalnych części głowicy: cewka, membrana
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przegląd całego urządzenia i wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zamawiający nie wymaga wykonania testów specjalistycznych aparatu rtg.

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek*

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524