

Znak pisma: TIK 2121-2/16/2013

Zaproszenie do złożenia oferty Do 14 000 EURO

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Aleje Jana Pawła 10
tel. 84/677 33 33
fax 84/638 66 69

**Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę wraz z wymianą zużywalnych części głowicy w
litotrypterze Dornier Compact Sigma prod.
DornierMedTech**

Określenie przedmiotu zamówienia

- dostawa wraz z wymianą zużywalnych części głowicy: cewka, membrana
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przegląd całego urządzenia i wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: max 14 dni od daty podpisania umowy

I. Sposób sporządzenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć:

- a. w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – p. 248 Kancelaria.
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

lub

b. Faxem na nr 84/ 638 66 69

- Na kopercie/faksie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz przedmiot oferty.
- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych) bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie (dołączyć pełnomocnictwo)

II. Oferta Wykonawcy winna zawierać następujące dokumenty i informacje :

1. Formularz „ Oferty wykonawcy ” (wg załączonego wzoru)

Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie, z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku), łączna cena musi być wyrażona cyfrą i słownie.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie, że Wykonawca posiada doświadczenie i wiedzę, zaplecze techniczne, części zamienne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

III. Termin złożenia oferty : 15.02.2013

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest : Grażyna Drankowska, tel. 84/677 32 73

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

1. cena – 100 %.

VI. Cena podana przez Wykonawcę nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania zlecenia.

VII. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.

Załączniki:

1. Formularz oferty wykonawcy.
2. Wzór umowy

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu
lek .med. Andrzej Mielcarek*