

Znak pisma: TIK 2121-2/8/2013

Zaproszenie do złożenia oferty Do 14 000 EURO

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Aleje Jana Pawła 10
tel. 84/677 33 33
fax 84/638 66 69

Zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie rocznego przeglądu okresowego aparatów
do znieczulenia ogólnego

Określenie przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

1. Wykonanie rocznego przeglądu okresowego aparatów do znieczulenia ogólnego w siedzibie Zamawiającego: Excel 210SE firmy Ohmeda – 8szt. Aestiva S/5/7900 firmy Ohmeda – 1szt., Aespire 7900 z monitorem S/5CAM firmy Ohmeda – 2szt. , Aespire View – 1szt.

- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Termin wykonania: sierpień i listopad 2013 r.

Zadanie 2

Wykonanie rocznego przeglądu okresowego aparatu do znieczulenia ogólnego w siedzibie Zamawiającego: Prima SP-2 firmy Penlon– 1szt.

- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Termin wykonania: luty 2013 r.

Zadanie 3

Wykonanie rocznego przeglądu okresowego aparatów do znieczulenia ogólnego w siedzibie Zamawiającego: Blease Sirius firmy Spacelabs Healthcare – 2szt.

- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Termin wykonania: luty 2013 r.

Zadanie 4

Wykonanie rocznego przeglądu okresowego aparatu do znieczulenia ogólnego w siedzibie Zamawiającego: Venar firmy Chirana – 1szt.

- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Termin wykonania: luty 2013 r.

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego

I. Sposób sporządzenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć:

- a. w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – p. 248 Kancelaria.
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

lub

b. Faxem na nr 84/ 638 66 69

- Na kopercie/faksie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz przedmiot oferty.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych) bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie (dołączyć pełnomocnictwo)

Dopuszcza się składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.

II. Oferta wykonawcy winna zawierać następujące dokumenty i informacje :

1. Formularz „ Oferty wykonawcy ” (wg załączonego wzoru)
Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie, z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku), łączna cena musi być wyrażona cyfrą i słownie.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie, że Wykonawca posiada doświadczenie i wiedzę, zaplecze techniczne, części zamienne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

III. Termin złożenia oferty : 28.01.2013

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest : Grażyna Drankowska, tel. 84/677 32 73

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

1. cena – 100 %.
- 2.

VI. Cena podana przez Wykonawcę nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania zlecenia.

VII. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/umowę.

Załączniki:

1. Formularz oferty wykonawcy.
2. Formularz cenowy
3. Wzór umowy

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu
lek.med. Andrzej Mielcarek*