

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



URS is a member of Registrar of Standards (rsdgroup) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, dnia 10-12-2014 r.

AG-Z.2150-10/3/2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materaca żelowego na stół operacyjny wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Punkt 2

Prosimy o dopuszczenie jako materiału żelu silikonowego o właściwościach przeciwoleźynowych oraz żelu silikonowego oraz pianki- kombinacja ta powoduje, że pozycjonery są lżejsze, przy zachowaniu tych samych właściwości przeciwoleźynowych.

Pytanie nr 2

Punkt 5

Prosimy o dopuszczenie materaca żelowego o wymiarach: 1800 x 520 x 10mm

Pytanie nr 3

Punkt 6

Prosimy o dopuszczenie wałka, wykonanego z żelu silikonowego oraz pianki o wymiarach: 510 x 150 x 150 mm

Pytanie nr 4

Punkt 7

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera bocznego pod klatkę piersiową, wykonanego z żelu silikonowego oraz pianki o wymiarach: 720 x 500 x 160 mm

Pytanie nr 5

Punkt 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodziło o pozycjoner pod kolana w pozycji na brzuchu? Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie pozycjonera wykonanego z żelu silikonowego oraz pianki, o wymiarach: 510 x 150 x 35 mm

Pytanie nr 6

Punkt 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodziło o pozycjonery pod kolana w pozycji na boku? Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie pozycjonera wykonanego z żelu silikonowego oraz pianki, o wymiarach: 650 x 400 x 230 mm

Odpowiedź- dotyczy pytań od 1 do 6

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert oraz odpowiedziach na pytania z dnia 09-12-2014 roku.

**Z-CA DYREKTORA SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu
ds. Lecznictwa**

lek. med Marek Lipiec