



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Zamość, 14.02.2014 r.

AG-Z.2150-12/ 1/ /2014

## Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pomp infuzyjnych wpłynęły pytania.

Poniższej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę dwustrzykawkową posiadającą możliwość zmiany prędkości infuzji bez zatrzymania pracy pompy ( poz. 12 ); gdzie zmiana progu ciśnienia okluzji jest możliwa po zatrzymaniu infuzji ( poz. 14 ); posiadającą komunikaty o zbliżającym się rozładowaniu akumulatora wyświetlane na ekranie ( poz. 19 ) przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** możliwość złożenia oferty na pompę dwustrzykawkową wysokiej jakości.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę dwustrzykawkową której okres gwarancji wynosi 24 miesiące?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zmiany okresu gwarancyjnego.

Z poważaniem:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek