



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 04.07.2014 r

AG-Z.2150-12/ 2 /2014

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lamp do fototerapii noworodków wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1

- pkt 5-Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii z regulacją wysokości lampy w zakresie 120cm – 155 cm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 2

- pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii o natężeniu w zakresie do 40 μ W/cm²/nm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 3

- pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii z poziomem hałasu podczas pracy w zakresie do 38 dB ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 4

- pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii z możliwością płynnego pochylenia czaszy lampy w zakresie 0 – 30 % .

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 5

Dotyczy pkt 9 Czy Zamawiający dopuści lampę o powierzchni naświetlenia minimalnie mniejszej tj. 42x30 cm zrekompensowaną wyższą mocą 45-65 μ W/cm²/nm?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 6

Dotyczy pkt 11 Czy Zamawiający dopuści lampę z interpretacją głośności w otoczeniu 45 dB na poziomie < 60dBA ?

Odpowiedź

TAK



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWOSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG-Z.2150-12/2/2014-pytania

Pytanie Nr 7

Dotyczy pkt 13 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie lamp których żywotność producent określił na poziomie 20 tys.godzin .

Odpowiedź

TAK

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im.Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek*

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek*