



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30.05.2014 r

AG-Z.2150-13/ 3 /2014

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę ciepłarki wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby ciepłarka posiadała obieg powietrza zarówno naturalny i wymuszony ?.

Odpowiedź

TAK . Zamawiający wymaga aby obieg powietrza był naturalny i wymuszony - taki zapis jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę z zabezpieczeniem klasy 1 wg normy PN-EN 6110-1 ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z w/w zabezpieczeniem .

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę wyposażoną w 1 półkę z zachowaniem wymaganej wysokości półki 20 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na ciepłarkę wyposażoną w jedną półkę z zachowaniem wysokości 20 cm .

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im.Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek*



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524