



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30.09.2014 r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

AG-Z.2150-23/2/2014

Dotyczy : odpowiedzi na pytanie .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lasera ze skanerem wpłynęło pytanie .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź :

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser ze skanerem z możliwością określenia pola zabiegowego w trybach kreślenia : koło/elipsa oraz linia w granicach prostokąta ?

### Odpowiedź

Nie , Zamawiający podtrzymuje opis podany w zaproszeniu do składania ofert .

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

[www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

e mail:  
[szpital@szpital.zam.pl](mailto:szpital@szpital.zam.pl)

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek*