



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 14-04-2014 r.



AG-Z .2150-29/5/2014

dotyczy: odpowiedź na pytanie.

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę odczynników dla Pracowni Analityki Ogólnej, wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaoferowanie analizatora dokonującego przed każdym odczytem/pomiarem paska testowego, pomiaru odniesienia względem paska wzorcowego?

Odpowiedź:

Oferowany analizator musi się automatycznie kalibrować względem paska testowego wbudowanego w analizator.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania nr 1

W związku z wymogiem wydruku kalibracji, czy Zamawiający wymaga wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych (przykładowy wydruk dołączony do oferty)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga potwierdzenia kalibracji w postaci wydruku, nie wymaga wydruku wartości parametrów fizyko-chemicznych.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający uzna aby warunek był spełniony przez paski?

Brak odpowiedzi:

Pytanie dla Zamawiającego jest niezrozumiałe

Z-Ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Bernarda Petryk