



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 0092/2012
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, 28.08.2014 r.

AG-Z.2150-31/ 7 /2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu do perfuzji dla O/Kardiochirurgii wpłynęły pytania:

Poniższej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 , dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora z polietylenowym wymiennikiem ciepła i biokompatybilną hydrofilną polimerową powłoką nie zawierającą heparyny ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zaproszeniu (korekta do zadania nr 1 z dnia 27.08.2014 r)

Pytanie nr 2 , dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora o powierzchni wymiany gazowej 2,5 m², o objętości wypełnienia statycznego 270 ml i z rekomendowanym zakresem przepływu krwi od 1 do 7 l/min ?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zaproszeniu

Pytanie nr 3 , dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym zadaniu blowera do rozdmuchiwania strumienia krwi, czy jest to jedynie omyłka pisarska ?

Odpowiedź:

Była to omyłka pisarska , została skorygowana w dn 27.08.2014 r.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert, a mianowicie:

- termin składania ofert 02.09.2014 r godz. 12:00
- termin otwarcia ofert 02.09.2014 r godz. 13: 00

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek