

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 30.000 euro**

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33
fax (84) 638 66 69

**Zaprasza do złożenia oferty na
dostawę sprzętu perfuzyjnego
dla O/Kardiochirurgii
CPV: 33.18.23.00-2. 33141220-8 ,**

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Zestaw oksygenator membranowy z metalowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym – kardiotomijnym z powłoką biokompatybilną/ heparynizowana/ dla dorosłych + zestaw drenów **sztuk- 10**
2. Zestaw oksygenator membranowy z metalowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym – kardiotomijnym z powłoką biokompatybilną + zestaw drenów z wbudowanymi cewkami pomiarowymi do monitoringu saturacji i hematokrytu kompatybilnymi z urządzeniem Data Master **sztuk- 30**
3. Zestaw oksygenator dla dorosłych z plastikowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym – kardiotomijnym z powłoką biokompatybilną + zestaw drenów **sztuk- 30**
4. Zestaw do podawania kardioplegii krwistej 4:1 z metalową spiralą - **szt 40**
5. Kaniula żylna pojedyncza prosta – **sztuk 40**
6. Kaniula żylna pojedyncza zakrzywiona z metalowym końcem – **sztuk 20**
7. Went komorowy – **szt 50**
8. Miękka ssawka zakończona metalową oliwką – **szt 40**
9. Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo – **szt 20**
10. Kaniula udowa tętnicza – **sztuk 15**
11. Kaniula udowa żylna wielostopniowa – **szt 1**
12. Hemofiltr + zestaw drenów – **sztuk 5**
13. Przetworniki – **sztuk 20**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1

Zestaw oksygenator membranowy z metalowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym – kardiotomijnym z powłoką biokompatybilną/ heparynizowana/ dla dorosłych + zestaw drenów

Lp	Parametr / warunek wymagany/ Oksygenator	Parametr oferowany
1.	Proszę podać nazwę oferowanego oksygenatora i zbiornika żylnego- kardiotomijnego (model , numer katalogowy),	
2.	Oksygenator membranowy z wbudowanym filtrem tętnicznym	

3.	Powłoka biokompatybilna /podać rodzaj powłoki/	
4.	Czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. / zgodnie z instrukcją obsługi/	
5.	Objętość wypełnienia oksygenatora z filtrem tętnicznym max. 260 ml.	
6.	Rekomendowany przepływ od 1 do 7l/min.	
7.	Powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora od 2.0-2,5 m ²	
8.	Możliwość stosowania anestetyków wziewnych.potwierdzone instrukcją użytkowania.	
9.	Wymiennik ciepła zespolony z oksygenatorem, sprawność oferowanego wymiennika min. 60 %	
10.	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym	
11.	Objętość zbiornika żylno- kardiotorijnego 4500ml	
12.	Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii / musi pobierać krew utlenowaną i mieć zakończenie w postaci portu ¼ cala./	
13.	Kardiotom-wlot do drenażu żylnego umiejscowiony od góry zbiornika o średnicy ½ cala z redukcją do 3/8 cala.	
14.	Możliwość pracy z zastosowaniem aktywnego drenażu żylnego.	
15.	Wielkość otworów filtracyjnych :filtr kardiotorijny-.30mic.filtr,żylny – 105 mic.	
16.	Termin ważności min.2 lata od daty dostawy	
17.	Wyrób medyczny sterylny, opakowanie zewnętrzne min.podwójne	

Zestaw drenów

Lp	Parametr / warunek wymagany/	Parametr oferowany
1.	Zestaw drenów z fabrycznie wmontowanymi konektorami do pomiaru :saturacji,hematokrytu i prężności tlenu podczas zabiegu /kompatybilne z Data Master/	
2.	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego	
3.	Część drenów tworząca układ tętnica- żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet	
4.	Dreny oznaczone tętnica- kolor czerwony, żyła – kolor niebieski	
5.	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylny oraz linii ssakowych	
6.	Linie ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet , oznaczone na kolor żółty i zielony	
7.	Jedna linia ssakowa wyposażona w szant	
8.	Linia tętnicza z PCV- 3/8 cala x 3/ 32 cala , dł linii200-220cm	
9.	Linia żylna z PCV - ½ cala x 3/32 cala , dł.linii190-200cm	
10.	Szant pomiędzy linią tętniczą i żylną	

11	Linie na bieżnie pomp: - tętnicza ½ cala x 3/32 cala silikon medyczny - ssakowe 3/8 x 3/ 32 cala silikon medyczny	
12	Linie ssakowe z PCV- ¼ cala x 1/16 cala , dł. linii 350-400 cm	
13	Linia do szybkiego wypełnienia układu	
14	W zestawie filtr gazów medycznych	
15	W zestawie szant łączący pomiędzy oksygenatorem a zb. kardiomotyjnym z wyjściem /1/4 cala/ do podłączenia linii do podawania kardiopleginy	
16	Płytką mocującą do drenów	
17	Termin ważności 2 lata od daty dostawy	
18	Wyrób medyczny sterylne opakowanie zewnętrzne podwójne.	

Dopuszcza się zapakowanie zestawu oksygenatora i drenów w jednym secie. Na czas trwania umowy prosimy o dostarczenie 2 elektrod cienkoigłowych do monitorowania temperatury w oksygenatorze i zbiorniku żylnym.

Zadanie 2

Zestaw oksygenator membranowy z metalowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym – kardiomotyjnym z powłoką biokompatybilną + zestaw drenów z wbudowanymi cewkami pomiarowymi do monitoringu saturacji i hematokrytu kompatybilnymi z urządzeniem Data Master

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Oksygenator membranowy dla dorosłych- membrany powlekanie powłoką biokompatybilną / podać rodzaj powłoki/	
2	Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. / zgodnie z instrukcją obsługi/	
3	Powierzchnia wymiany gazowej min. 1,7 m ²	
4	Objętość wypełnienia statycznego-max 250 ml	
5	Zakres przepływu krwi- od (0- 0.5)- do min 7.0 l / min	
6	Zintegrowany zbiornik kardiomotyjny z oksygenatorem ,twardy o wypełnieniu min. 4000 ml.	
7	Możliwość odłączenia zbiornika kardiomotyjnego od oksygenatora.	
8	Termowymiennik / podać parametry/ przy przepływie krwi 4,0 l/ min i przepływie wody 10 l / min – sprawność termowymiennika powyżej 50 %	
9	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym	
10	Konektory łączące kardiomotu i oksygenatora - wlot żylny 1/2cala /wlot do drenażu żylnego umiejscowiony od góry zbiornika/	

	- wylot krwi 3/8 cala - konektory ssakowe 1/4 cala .min.4x - min.2 konektory typu luer /filtrowane/ -1 konektor typu luer / niefiltrowane / - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala	
11	Opakowanie zewnętrzne min .podwójne	
12	Termin przydatności do użycia 2 lata	
13	Dostarczenie uchwytów montażowych / holderów/ -szt 2	

Zestaw drenów

Lp	Parametr / warunek wymagany/	Parametr oferowany
1	Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego dla dorosłych z filtrem wbudowanym w linię tętniczą	
2.	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego, część drenów tworząca układ tętnica-żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet.	
3.	Szant pomiędzy linią tętniczą a linią żylną.	
4.	Dreny oznaczone tętnica kolor czerwony , żyła kolor niebieski	
5.	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej oraz żylniej i linii ssakowych	
6.	Linie ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet , oznaczone na kolor żółty i zielony	
7.	Części drenów na bieżnię pompy wykonane z silikonu medycznego	
8	Linia tętnicza z PCV – 3/8 cala x 3/32 cala dł. 200-220 cm	
9	Linia żylna z PCV- ½ cala x 3/ 32 cala min, 190-200 cm	
10	Linie ssakowe z PCV- ¼ cala x 1/16 cala, 350-400 cm	
11	Linie na bieżnię pomp: -tętnicza ½ cala x 3/32 cala silikon medyczny - ssakowe 3/8x 3/32 cala silikon medyczny.	
12	Fabrycznie wmontowane konektory do pomiaru: saturacji , hematokrytu i prężności tlenu podczas zabiegu w krążeniu pozaustrojowym./kompatybilne z Data Master/ Linia żylna – konektor wbudowany w odległości 20 cm. od wlotu linii żylniej do kardiotomu. Linia tętnicza – konektor wbudowany w odległości 10 cm za filtrem tętnicznym /wbudowany w linię tętniczą /	
13	Linia do szybkiego wypełnienia. układu	
14	W zestawie filtr gazów medycznych	
15	Płytką mocująca do drenów	
16	Termin ważności 2 lata od daty dostawy	
17	Opakowanie zewnętrzne nin. podwójne	

Holder do mocowania filtra tętniczego - szt 2

Zadanie – 3

Zestaw oksygenator dla dorosłych z plastikowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym – kardiotomijnym z powłoką biokompatybilną + zestaw drenów przeznaczony do procedur kardiologicznych wykonywanych w głębokiej hypotermii/

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Oksygenator membranowy powlekany powłoką biokompatybilną / opisać rodzaj powłoki/	
2	Zakres przepływu krwi od (0-0.5) – do 7,0 l/min	
3	Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min 6 godzin	
4	Powierzchnia wymiany gazowej 1,5 – 1,8 m ²	
5	Objętość wypełnienia statycznego max 220ml	
6	Możliwość odłączenia zbiornika kardiotomijnego od oksygenatora	
7	Zintegrowany zbiornik kardiotomijny z oksygenatorem o pojemności powyżej 4000ml , wyposażony w zastawkę bezpieczeństwa	
8	Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku kardiotomijnym 40mic.	
9	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym	
10	Konektory łączące kardiotomu i oksygenatora - wlot żylny 1/2 cala - wylot krwi 3/8 cala - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala - ssakowe min 4x 1/4 - przyłącza typu luer- lock filtrowane 2 szt - przyłącza niefiltrowane szt2	
11	Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardiopleginy / musi pobierać krew utlenowaną i posiadać zakończenie w postaci portu 1/4 cala	
12	Termowymiennik plastikowyo powierzchni max 0,4 m ² Sprawność termowymiennika przy przepływie krwi 4,0l/min i wody 10l/min min.75%.	
13	Dostarczenie uchwytów montażowych / holderów/ - 2 sztuki	
14	Okres przydatności do użycia 1.5 roku	
15	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne	

Zadanie 4

Zestaw do podawania kardioplegii krwistej 4:1 z metalową spiralą

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Zestaw składający się z dwóch części – część na aparat do krążenia pozaustrojowego oraz część na stół operacyjny	
2.	Zestaw zawiera filtr typu bubble-trap, czujnik do pomiaru temperatury wbudowany w układ drenów i umiejscowiony przed filtrem bubble- trap. Linia do pomiaru ciśnienia zakończona końcówką typu luer . Podwójna linia do poboru krystaloidu. Linia do poboru krwi z oksygenatora o rozmiarze ¼ cala.	
3.	Zestaw musi zawierać metalową spiralę	
4.	Linia na stół operacyjny o długości min 170 cm , pakowana w oddzielny pakiet . Całość zestawu pakowana w podwójny pakiet.	
5.	Termin przydatności do użycia min 2 lata	

Zadanie 5 Kaniule żyłne

Kaniula żylna pojedyncza prosta

1.	Kaniule żyłne pojedyncze proste w rozmiarach od 20 Fr- 36 Fr /w zależności od potrzeb oddziału/.	
2.	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego .	
3.	Kaniula z wyjściem 3/8 cala lub ½ cala	
4.	Kaniula wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogenicznego	
5.	Kaniula pakowana w sterylną kopertę – z papier - folii	
6.	Termin ważności min 2 lata od daty dostawy	

Kaniula żylna pojedyncza zakrzywiona z metalowym zakończeniem –

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kaniula żylna pojedyncza prosta zakończona metalową końcówką ze stali nierdzewnej wygiętą pod kątem 90 stopni w rozmiarach od 22 fr do 31 fr w zależności od potrzeb oddziału	
2	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli podczas krążenia pozaustrojowego.	
3	Tworzywo medyczne ,apyrogenne, nietrombogeniczne	
4	Pakowane w sterylną kopertę z papier - folii	
5	Termin ważności min 2 lata od daty dostawy	

Zadanie 6

Wenty komorowe, ssawka

Went komorowy

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Went komorowy ,w rozmiarze 16 i 20 Fr., konektor łączący ¼ cala długość wentu 38- 41 cm.	
2	Went wyposażony w wyjmowaną metalową plastyczną prowadnicę	
3	Tworzywo: silikon medyczny, apyrogenny i nietrombogeniczny	
4	Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia wentu za pomocą markerów zewnętrznych	
5	Pakowany w sterylną kopertę – z papier- folii	
6	Termin ważności min.2 lata od daty dostawy	

Miękka ssawka zakończona metalową Oliwką

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	ssawka zakończona metalową oliwką / sprężynką/ dł. ssawki min 38cm.	
2.	wykonana z tworzywa medycznego apyrogennego i nietrombogenicznego	
3.	pakowane w sterylną kopertę z papier-folii	
4.	Termin ważności min 2 lata od daty dostawy	

Blower do rozdmuchiwania strumienia krwi . Podwójna linia do podawania płynu i powietrza

Zadanie 7

Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo zakończona automatycznie napełnianym balonikiem	
2.	Kaniula prosta bądź zakrzywiona w zależności od potrzeb oddziału.	
3.	Rozmiar balonika uszczelniającego ujścia wieńcowe od 4.0 do 7.0 mm	
4.	Pakowane w sterylną kopertę z papier- folii	

Zadanie 8 Kaniule udowe

Kaniula udowa tętnicza

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kaniula cienkościenna zbrojona posiadająca znaczniki głębokości wprowadzenia	
2.	Rozmiar kaniuli 15-23 fr	
3.	Długość od 25- 44 cm	
4.	Dostępna w powłoce biokompatybilnej	
5.	Wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego ,nietrombogenicznego	
6.	Kaniula pakowana w jednym secie z zestawem do wprowadzenia metodą Seldingera	
7.	Pakowana w sterylną kopertę z papier- folii	
8.	Termin przydatności do użycia min.2 lata	

Kaniula udowa żylna wielostopniowa

- kaniula żylna udowa o rozmiarze od 19- do 25 Fr
- długość kaniuli min. 70 cm z konektorem łączącym 3/8 cala lub ½ cala
- zbrojenie uniemożliwiające zagięcie kaniuli podczas zabiegu
- kaniula posiadająca znaczniki głębokości wprowadzenia
- otwory drenujące umieszczone na zakończeniu kaniuli o długości co najmniej 25 cm
- ilość otworów drenujących uzależniona od rozmiaru kaniuli
- kaniula wyposażona w przewodnik.
- kaniula pakowana w jednym secie z zestawem do wprowadzenia metodą Seldingera

Zadanie 9

Hemofiltr + zestaw drenów

Hemofiltr + zestaw drenów- szt 5

- powierzchnia efektywna błony hemofiltra max. 1,5 m²
- membrany syntetyczne
- objętość wypełnienia statycznego max. 105 ml
- dren tętniczy i żylny zakończony nakrętką typu luer,
- dren umożliwiający połączenie z kolumną hemofiltra
- igła do połączenia z drenem tętniczym umożliwiającą odpowietrzenie układu.

Zadanie 10

Przetworniki szt 20

Przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, kompatybilne z płuco- sercem Stockert- ./bez linii płuczącej/

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy na okres trwania umowy 4 kable kompatybilne z aparatem, 4 płytki mocujące przetworniki i dwa **mankiety wysokociśnieniowe**

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa) .

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 31.12.2014 r licząc od daty zawarcia umowy.

Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy „ (dla każdego zadania oddzielnie),(zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz n/w dokumenty:

2.1 „Formularz oferty cenowej„ (dla każdego zadania oddzielnie),

Ofertę cenową należy przygotować w następujący sposób: Lp. asortyment, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT. Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto powiększona o stawkę VAT) , łączna cena netto – bez podatku VAT, (wynik mnożenia ceny jednostkowej bez podatku VAT przez ilość) , łączna cena brutto – z podatkiem VAT (łączna cena netto powiększona o VAT), producent. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku), łączna cena musi być wyrażona cyfrą i słownie.

Zamawiający informuje że rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6. Zaleca się, aby:

6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,

6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odrębnie.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

i opisana: Oferta na dostawę sprzętu perfuzyjnego dla Oddziału Kardiochirurgii.
Nie otwierać przed 29-08-2014 do godz 13.00

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia 29-08-2014 do godz. 12.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).

2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:

- w sprawach merytorycznych mgr Elżbieta Kolano tel. (84) 677 3198 (3195)

- w sprawach formalnych inż. Mirosław Piasecki tel. (84) 677 3279

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 29.08.2014 o godz. 13.00

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

W kryterium ceny ilość punktów będzie liczona wg poniższego wzoru:

$$\text{Ilość punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{najniższa cena oferty brutto}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 100$$

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów za kryterium cena.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał oceny punktowej.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta(y) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy(ów) oraz cenę brutto oferty (ofert) najkorzystniejszej(ych) .
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty(ofert), Zamawiający wyśle do Wykonawcy(ów) umowę (y) .

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek

(miejsowość, data)

.....
(pieczęć wykonawcy)

tel.:

fax:

**Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
fax (084) 638 66 69**

OFERTA WYKONAWCY

zadanie nr ...

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AG-Z.2150-31/7/ /2014) na dostawę sprzętu perfuzyjnego dla Oddziału Kardiochirurgii oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości :

- netto: zł

(słownie: zł)

- stawka podatku VAT %

- brutto: zł

(słownie: zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia 31.12.2014 r . Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie dni od daty otrzymania zlecenia na piśmie (wymagany przez Zamawiającego – max 7 dni)
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oferuję termin płatności dni od daty otrzymania faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).
5. Oświadczam , że na oferowany przedmiot zamówienia posiadam deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na żądanie Zamawiającego prześlę we wskazanym terminie .
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - b) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczony w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
 - c) formularz oferty cenowej

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
do reprezentowania Wykonawcy

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 1

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Zestaw oksygenato + zestaw drenów sztuk- 40	10 sztuk						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 2

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kraj aj pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Zestaw oksygenato urządzeniem Data Master	30 sztuk						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....

.....
 podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 3

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Zestaw oksygenator dla dorosłych z drenem wykonywanych w głębokiej hypotermii/	30 sztuk						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 4

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Zestaw do podawania kardioplegii krwistej 4:1 z metalową spiralą	40 szt						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 5

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Kaniula żylna pojedyncza prosta	40 sztuk						
2	Kaniula żylna pojedyncza zakrzywiona z metalowym zakończeniem	20 sztuk						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *Załącznik

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 6

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra- j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Went komorowy-	50 sztuk						
2	Miękka ssawka zakończona metalową Oliwką	40 sztuk						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *Załącznik

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 7

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo	szt 20						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *Załącznik

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 8

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkow a netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Kaniula udowa tętnicza	szt 15						
2	Kaniula udowa żylna wielostopniowa	szt 1						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :.....

.....
 podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *Załącznik

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 9

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra- j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Hemofiltr + zestaw drenów-	szt 5						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *Załącznik

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 10

Zad	Asortyment/ (nazwa wyrobu)/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent/kra j pochodzenia
		1	2	3	4	5	6	
1	Przetworniki	szt 20						

Łącznie wartość brutto

(słownie) :

.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *Załącznik

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa nr AG-Z.2150/...../..../2014

zawarta w dniu w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1.

a firmą z siedzibą w adres:, zarejestrowaną w NIP, zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

.....
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę n/w asortymentu;

.....
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 31.12.2014 roku
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu.
3. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy. Dopuszcza się możliwość przekazywania zleceń drogą faxową .
4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.
5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
6. Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy.

§ 3

1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą n/w ceny jednostkowe brutto (takie jak w złożonej ofercie)

Łączną wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy.

Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 4

Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w:

.....
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.

§ 5

Sprzedający nie może bez zgody Kupującego powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelewać na nią bez zgody organu , który utworzył Kupującego , swoich wierzycieli wynikających z umowy.

§ 6

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 2 ust.3 niniejszej umowy Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 0,2 % wartości dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

§ 7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ust 1a.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . W takim przypadku Sprzedający może jedynie zarządzić wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - a) w przypadku zmiany danych stron,
 - b) w przypadku zmiany stawki VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto,
 - c) w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
 - d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie,
 - e) w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym , wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie o jeden miesiąc .

§ 10

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: