



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 03.04.2014 r.

AG-Z.2150-44/ 3 /2014

## Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniższej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1 zadanie 5**

Czy Zamawiający dopuści obłożenia uniwersalne w składzie:

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół MAYO, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety z organizatorami przewodów 75 x 90 cm
- 1 przylepna serweta średnia z organizatorami przewodów 180 x 180 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na obłożenia o w/w składzie.

### **Pytanie nr 2 zadanie 6**

Czy Zamawiający dopuści obłożenia uniwersalne w składzie:

- 1 taśma op 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu MAYO, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety z łąką chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łąka chłonna 15 x 50 cm
- 1 przylepna serweta średnia z łąką chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łąka chłonna 15 x 50 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź:

**NIE.** Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu do złożenia ofert.



Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie nr 3 zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści obłożenia laryngologiczne dwuwarstwowe, z łąta chłonną w serwecie 75 x 90 cm i w serwecie głównej, w składzie:

- 1 serweta na stół MAYO, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
  - 2 taśma op 9 x 50 cm
  - 1 przylepna serweta 75 x 90 cm z łątą chłonną 15 x 50 cm
- 1 serweta 75 x 80 cm
- 1 serweta z wcięciem 150 x 250 cm, łąta chłonna 50 x 50 cm, wcięcie 7 x 70 cm, uchwyt na przewody
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź:

**NIE.** Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu do złożenia ofert.

**Pytanie nr 4 zadanie 10**

Czy Zamawiający dopuści obłożenia do porodu w składzie:

- 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm
- 1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm
- 1 obłożenie na łązko 60 x 90 cm
- 1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm
- 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm
- 1 obłożenie na łązko 60 x 60 cm

Odpowiedź:

**NIE.** Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu do złożenia ofert.

**Pytanie nr 5 zadanie 1,4,5,6,7,8,9**

Dotyczy wymogu załączenia samoprzylepnej metryczki walidacji procesów w ilości 2 sztuk na etykietce zewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga metryczki lub fiszki samoprzylepnej zawierającej datę terminu przydatności do użycia, numer serii, nazwę producenta bądź nazwę zestawu.

**Pytanie nr 6 zadanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni samoprzylepnej 1 komorowej w rozm. 33 x 38 cm pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kieszeń o w/w wymiarach.

**Pytanie nr 7 zadanie 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taśmy samoprzylepnej 9 x 49 cm pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na obłożenia z taśmą o w/w rozmiarze.

**Pytanie nr 8 zadanie 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie pokrowca na stolik MAYO w rozm. 79 x 145 cm i taśmy samoprzylepnej 9 x 49 cm, pozostałe wymogi zgodne z

SIWZ

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na obłożenia o w/w składzie.

#### **Pytanie nr 9 zadanie 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów laryngologicznych, wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>

- serweta chirurgiczna górna z samoprzylepnym wcięciem U (10x50 cm) 200x150 -1 szt
- serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną 180x220 -1 szt
- taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt
- ręczniki chłonne 30x40 - 2 szt
- kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40 - 1szt
- osłonka na stół MAYO 79x145 – 1 szt
- serweta na stół ( owinięcie zestawu) 150x200 – 1 szt

Odpowiedź:

**NIE.** Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu do złożenia ofert.

#### **Pytanie nr 10 zadanie 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie :

- osłony na kończyny GENU 120 (wyposażone w taśmy samoprzylepne o wym. 5x110 cm) 53x118 – 2 szt

Pakowane po 2 szt

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na osłony o w/w wymiarach.

#### **Pytanie nr 11 zadanie 9**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do porodu, skład:

- foliowany wysoko chłonny podkład 60x90 – 1 szt
- serwety chirurgiczne 50x60 – 2 szt
- ręczniki (do owinięcia noworodka) 56x80 – 2 szt
- ręczniki chłonne 18x26 – 6 szt
- kompresy włókninowe 10x10 – 20 szt
- serweta na stół (owinięcie zestawu) 100x150 – 1 szt

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na zestaw o w/w składzie.

#### **Pytanie nr 12 zadanie 5**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 obłożenie o poniższym składzie :

- Serweta przylepna 250 cm x 150 cm
- Serweta przylepna 183 cm x 183 cm
- 2 serwety przylepne 100 cm x 75 cm
- serweta na stół instrumentariuszki 200 cm x 150 cm
- Serweta na stół MAYO 78 cm x 144 cm
- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe)
- 1 taśma samoprzylepna 10 cm x55 cm

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na obłożenia o w/w składzie.

**Pytanie nr 13 zadanie 9**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 9 obłożenie o poniższym składzie :

- Serweta 183 cm x 315 cm z przylepnym otworem o wymiarach 12 x 12
- Serweta na stół instrumentariuszki 200 x 150
- Serweta na stół MAYO 80 cm x 145 cm
- Taśma samoprzylepna 10 x 55
- Serwetki do rąk 4 szt

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na obłożenia o w/w składzie.

**Pytanie nr 14 zadanie 10**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 10 obłożenie o poniższym składzie :

- obłożenie ginekologiczne o wymiarach 240 cm x 176 cm zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczonej o wymiarach 8,5 x 11 cm wraz ze zbiornikiem na płyny o wymiarach 15,5 cm x 23 cm
- Serweta na stół instrumentariuszki 200cm x 150cm
- serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- Serweta na stół MAYO 80 cm x 145 cm
- ręczniczki do rąk 38 cm x 38 cm - 4 szt
- Taśma przylepna OP – 10 cm x 55 cm

Odpowiedź:

**NIE.** Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu do złożenia ofert.

**Pytanie nr 15 zadanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenia o składzie:

Skład	Ilość	Rozmiar
Serweta z przylepcem	1	240x150
Serweta z przylepcem	1	180x170
Serweta z przylepcem- przylepiec na szerszym boku	2	90x75
Taśma medyczna	1	50x9
Serweta na stół instrum.	1	190x150
Serweta na stół Mayo	1	145x80
Serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na obłożenia o w/w składzie.

**Pytanie nr 16 zadanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenia o gramaturze 73g/m2 o składzie:

Skład	Ilość	Rozmiar
Serweta z przylepcem	1	240x150

Serweta z przylepcem	1	180x170
Serweta z przylepcem- przylepiec na szerszym boku	2	90x75
Taśma medyczna	1	50x9
Serweta na stół instrum.	1	190x150
Serweta na stolik Mayo	1	145x80
Serwetki do rąk	4	40x20

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na obłożenia o w/w gramaturze i składzie.

#### **Pytanie nr 17 zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenia o składzie:

Skład	Ilość	Rozmiar
Serweta z przylepcem	1	240x150
Serweta z przylepcem	1	240x180
Serwetki do rąk	2	40x20
Taśma medyczna	1	50x9

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na obłożenia o w/w składzie.

#### **Pytanie nr 18 zadanie 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenia o składzie:

Skład	Ilość	Rozmiar
Serweta	1	130x90
Serweta (owinięcie)	1	150x90
Serweta kompresowa	1	80x60
Serweta kompresowa	6	25x20
Podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1	60x60
Podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1	90x60

Odpowiedź:

**TAK.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na obłożenia o w/w składzie.

Z – ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Administracyjno - Technicznych

mgr inż. Bernarda Petryk