



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 0092/2012
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, dnia 06-08-2014 r.

AG-Z.2150-44/4a/2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materacy przeciwodleżynowych, wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy w którym wymiary po napompowaniu wynoszą 203x90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy zbudowany z podstawowego materaca piankowego oraz powietrznego 3 strefowego wykonanego z nieusztynionego poliuretanu odpornego na rozciąganie i pęknięcia. Składającego się ze statycznej strefy głowy, strefy krzyżowej z trybami naprzemiennie zmiennego i ciągłego niskiego ciśnienia z oraz specjalnej strefy pięt pochylonej pod kątem 5°. Zbudowanego jako jeden system?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy nie posiadający systemu mikrootworów air?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy pokryty pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny półprzepuszczalnym z tworzywa przepuszczającego powietrze i parę wodną, ale nie przepuszczającego płynów, rozciągliwego we wszystkich kierunkach, z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. 70st. C i suszenia w temp. 50 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy wytrzymały

na obciążenie sięgające 140 kg masy ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiającego wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na 4 tygodnie od daty wysłania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin określony w zaproszeniu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin określony w zaproszeniu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 5 na następujący: „sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 2b na następujący: „ w przypadku zmian stawki VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena netto pozostanie bez zmian”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pompa posiadała płynną manualną regulację ciśnienia w materacu w zakresie 20-60 mmHg (+/- 5 mmHg)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas trwania cyklu wynosił 12 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac, którego wymiary wynoszą 200 x 90 x 12,7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac, który posiada 18 poprzecznych komór?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac, którego komory zbudowane są z nierozciągliwego poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę automatycznie dostosowującą ciśnienie do masy ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materaca z pompą automatycznie dostosowującą ciśnienie do masy ciała pacjenta.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med Andrzej Mielcarek