



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



URS is a member of Registrar of Standards (rsd.org.uk) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, dnia 28.10.2014 r

AG-Z.2150-44/8/2014

Dotyczy : odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę środków ochrony radiologicznej wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszenia zaproszenia, zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający w Zadaniu nr 1-poz. 1 i 2- tzn. radiologiczne fartuchy ochronne oraz radiologiczne garsonki ochronne wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów i garsonek wykonanych z ultralekkiego materiału nie zawierającego ołowiu (Xenolite-NL) jednakże o wadze w granicach 5.0-5.3 kg (poz.1) oraz 5.7 kg (poz.2) -przy wymaganym stopniu ochronności, tj. 0.50/0.25mm Pb odpowiednio przód/tył przy napięciu 80 do 120 kV.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert.

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych-Technicznych

mgr. inż. Bernarda Petryk