



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14.08.2014 r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG-Z.2150-6/ 1 /2014

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę narzędzi wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Pozycja nr 5 . Czy Zamawiający dopuści rozmiar imadła 18,5 cm zamiast 18 cm ?

Odpowiedź

TAK . Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na imadło o rozmiarze 18,5 cm

Pytanie nr 2

Pozycja nr 6,9 . Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Halsted-Mosquito w rozmiarze 120 mm lub kleszczyki Pean w rozmiarze 130 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kleszczyki typu Pean w rozmiarze od 120 do 130 mm .

Pytanie Nr 3

Pozycja 8,11 . Czy Zamawiający dopuści rozmiar kleszczyków 16,5 zamiast 16 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kleszczyki w rozmiarze 16,5 cm.

Pytanie Nr 4

Pozycja 13,14 . W jakim rozmiarze Zamawiający wymaga kleszczy Kocher ?

Odpowiedź

W rozmiarze 14 cm – 5 szt , w rozmiarze 16 cm – 5 szt .

Pytanie Nr 5

Pozycja 15 . W jakim rozmiarze Zamawiający wymaga spinaka ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga spinaka w rozmiarze 9,- cm.

Pytanie Nr 6

Pozycja 20 . Czy Zamawiający dopuści wymagany hak w rozmiarze 125 mm zamiast 120 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na hak w rozmiarze 125 cm .

Pytanie nr 7

Pozycja 15 . Prosimy o dopuszczenie narzędzia o długości 85 mm.

Odpowiedź

Wymagana długość spinaka – 9 cm.

Pytanie nr 8

Pozycja nr 16 . Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na nożyczki Joseph o dł. 150 cm .

Pytanie nr 9

Pozycja 3 . Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Semken ..

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania pensety anatomicznej wąskiej o rozmiarze 15 do 16 cm .

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie narzędzi z tolerancją rozmiarów +/- 5 mm oraz serwisem na terenie Niemiec.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi spełniających opis zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert oraz modyfikacji tego zaproszenia i udzielonych wyżej odpowiedziach . Zamawiający dopuszcza serwis na terenie Niemiec pod warunkiem ,że ewentualne sprawy dotyczące serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym będą prowadzone za pośrednictwem Sprzedającego .

*Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjno-Technicznych.
mgr inż. Bernarda Petryk*