



Zamość, dnia 31 stycznia 2014 r.



AG-ZP.3320/ 4/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie dwukomorowej strzykawkii automatycznej do podania środka kontrastowego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie dot. pkt 3 Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

Zamawiający wymaga: „Pobieranie środka kontrastowego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań dowolnego producenta środków kontrastowych, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów”. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie czy zamawiający dopuści również rozwiązanie: „Pobieranie środka kontrastowego i roztworu NaCl do wkładów o pojemności 200 ml, które posiadają gwarancję sterylności do 8 godzin”?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ..

**Pytanie dot. pkt 11 Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji automatycznego napełniania wężyków?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. pkt 13 Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez ochrony przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. pkt 14 Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez kontroli obecności powietrza w NaCl lub środka kontrastowym?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie:**

Czy zamawiający będzie wymagał aby strzykawka automatyczna do podawania kontrastu posiadała zasilanie bateryjne (bezzprzewodowe)?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był wyposażony w funkcję utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,5 ml soli fizjologicznej co 2 minuty?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści wstrzykiwacz kontrastu, który pracuje na zasadzie wymienialnych wkładów, do których zaciągany jest kontrast oraz sól fizjologiczna, wyposażonego w możliwość używania wielogodzinnych materiałów zużywalnych jak i możliwość używania materiałów zużywalnych jednorazowych?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający zgodzi się przyjąć ofertę na urządzenie zapewniające minimalną szybkość przepływu 0,5 ml/ s i dokona odpowiedniej zmiany zapisu pkt 8 formularza?

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający dopuszcza minimalną szybkość przepływu 0,5 ml/s.

**Pytanie:**

Czy zamawiający zgodzi się usunąć punkt 13 Formularza „Ochrona przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez ochrony przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu..

**Pytanie dot. pkt 2 Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

Czy zamawiający dopuści również poniższe rozwiązanie:

Komplet złożony z:

- panel sterowania na strzykawce i kolorowy dotykowy panel sterowania LCD w sterowni TK

- strzykawka na ruchomym statywie

- okablowanie

- system podtrzymania temperatury środka kontrastowego

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. pkt 3 Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

Czy zamawiający dopuści również poniższe rozwiązanie:

Pobieranie środka kontrastowego i roztworu NaCl z oryginalnych opakowań dowolnego producenta do jednorazowych wkładów przeznaczonych do wypełniania kontrastem dowolnego producenta środków kontrastowych?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. pkt 11 Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

Czy zamawiający dopuści również poniższe rozwiązanie:

Funkcja automatycznego napełniania wkładów?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek