



Zamość, dnia 11 lutego 2014 r.



AG-ZP.3320/ 5/ / 14  
Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rtg z ramieniem C. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 8:**

Czy zamawiający dopuści zakres ruchu orbitalnego 120°?

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 17:**

Czy przez zmotoryzowany ruch zamawiający rozumie ruch pionowy ramienia C?

**Wyjaśnienie:** Tak.



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 28:**

Wnioskujemy o dopuszczenie wartości minimalnej prądu radiografii cyfrowej 8 (mA).

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

tel. Centrala  
84 6773333

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 33, 34:**

Wnioskujemy o zmiany: pojemności cieplnej anody na poziomie 46 (KHU) oraz pojemności cieplnej kolpaka na poziomie 953 (KHU).

tel. Sekretariat  
84 6773300

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

Fax  
84 6386669

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 47:**

Czy zamawiający dopuści kąt widzenia obrazu na monitorach min. 160°/ 160°?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

www.szpital.zam.pl

**Pytania dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 58:**

1) Wnioskujemy o dopuszczenie sposobu archiwizacji obrazów oraz pętli fluoroskopowych na nośnikach CD oraz USB w formatach DICOM, BMP i JPG, bez formatu TIFF i AVI.

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

2) Prosimy o dopuszczenie aparatu z możliwością archiwizacji obrazów oraz pętli fluoroskopowych tylko w formacie DICOM z dogrywaną automatycznie przeglądarką DICOM, która pozwala na odtworzenie obrazów i pętli fluoroskopowych na dowolnym komputerze w tym na stacji roboczej aparatu zapewniając pełną funkcjonalność aparatu dla użytkownika.

NIP  
922-22-92-491

3) Czy zamawiający wyjaśni i dopuści aparat z możliwością archiwizacji obrazów oraz pętli fluoroskopowych w formacie DICOM i TIFF lub JPEG lub AVI?

REGON  
006050134

4) Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym do archiwizacji pętli fluoroskopowych używa się jedynie obowiązujących dla danych medycznych formatu DICOM?

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza aparat z możliwością archiwizacji obrazów w formacie DICOM oraz w min. jednym z formatów TIFF, JPEG, BMP oraz z możliwością archiwizacji pętli fluoroskopowych jedynie w formacie DICOM (z możliwością dołączenia przeglądarki DICOM).

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 63:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez możliwości pomiaru odległości oraz kąta?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 26:**

Czy zamawiający wyjaśni i dopuści aparat z maksymalnym prądem fluoroskopii pulsacyjnej 5 mA ale dostępnym w szerokim zakresie kV co pozwoli na obrazowanie w technice rzeczywistej redukcji dawki?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 27:**

Czy zamawiający wyjaśni i dopuści aparat z fluoroskopią impulsową do 2 imp/ s?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 68:**

Czy zamawiający wyjaśni i dopuści możliwość zaoferowania dokumentacji serwisowej po zakończeniu okresu gwarancji?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, w którym DQE wynosi 58%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania dot. § 9 ust. 9:**

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 9 ust. 9 umowy jak następuje : „w okresie gwarancji sprzedający w ramach ceny zobowiązuje się do przeprowadzenia zalecania przez producenta przeglądów”?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „nieodpłatnego” na „w cenie przedmiotu umowy” a zatem zapis tego ustępu brzmiałby następująco:

„W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia w cenie przedmiotu umowy zalecanych przez producenta przeglądów”.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany § 9 ust. 9 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia w cenie przedmiotu umowy zalecanych przez producenta przeglądów”.

**Pytanie:**

Czy instrukcja serwisowa, o której mowa w pkt. 5 załącznika nr 4 również powinna być w języku polskim?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 17:**

Czy zamawiający ma na myśli dodatkowy pilot zdalnego sterowania umożliwiający sterowanie określonymi funkcjami aparatu ze sterylnego (operacyjnego) pola niezależnie od sterowania tymi funkcjami z konsoli aparatu na ramieniu C?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ, zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 65 i 67:**

1) Czy zamawiający wymaga dostawy aparatu wyposażonego również w system DICOM 3.0 z funkcją Worklist?

2) Zdaniem wykonawcy zamawiający w ofercie powinien uwzględnić koszty podłączenia aparatu do systemu RIS/ PACS, przy założeniu, że licencje są po stronie zamawiającego. Jakiej firmy PACS/ RIS zamawiający posiada i czy w ocenie zamawiającego takie połączenie będzie generowało koszty?

3) Jaki system RIS i PACS posiada zamawiający? Prosimy o podanie nazwy producenta/ producentów, nazwy i wersji systemu oraz roku produkcji.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający na tym etapie nie wymaga podłączenia aparatu do systemu PACS/ RIS. Zamawiający oczekuje zaferowania aparatu, którego konfiguracja pozwoli w przyszłości na integrację z systemami PACS/ RIS w standardzie DICOM bez dodatkowych kosztów (poza zakupem przez zamawiającego licencji od dostawcy systemu PACS/ RIS).

**Pytania dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 72:**

1) Czy zamawiający zamierza wykorzystywać aparat w trzech różnych pomieszczeniach i stąd wymaga opracowania projektu dla trzech pomieszczeń?

2) Czy aparat będzie użytkowany w trzech różnych lokalizacjach, czy w jednej lokalizacji o trzech pomieszczeniach?

**Wyjaśnienie:** Aparat będzie użytkowany na Bloku Operacyjnym, w trzech różnych salach operacyjnych.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 46:**

Prosimy o dopuszczenie monitorów kolorowych o luminescencji monitorów min. 250 cd/ m<sup>2</sup>.

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 34:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg – ramię C, w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 1035 kWh?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 66:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg – ramię C, w którym celownik laserowy będzie zamontowany od strony lampy rtg?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytania dot. § 5 wzoru umowy:**

1) Czy zamawiający może dokonać zmiany § 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „i nie będzie ich powierzać innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy”.

2) Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany § 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie

lub jednostce (poza wskazaną w ofercie np. podwykonawca), ani też przelać na nią swych wierzitelności wynikających z umowy”.

**Pytanie:**

Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji serwisowej, dokumentacji serwisowej, powyższe wymaganie budzi poważne wątpliwości albowiem taka dokumentacja jest tajna i dostępna dla podmiotów uprawnionych do serwisowania. Napraw aparatów i sprzętu może dokonywać tylko serwis autoryzowany przez producenta. Z drugiej strony SIWZ przewiduje szkolenie serwisowe z wykonywania podstawowych czynności serwisowych. Czy z uwagi na powyższe zamawiający zrezygnuje więc z tego wymogu w zamian za dostarczenie skróconej instrukcji serwisowej dostosowanej do wymaganego szkolenia z podstawowych czynności serwisowych?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dni robocze traktuje jako: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. § 9 ust. 5 wzoru umowy:**

Producent części zamiennych zapewnia gwarancję na wytworzone elementy na okres 6 miesięcy od daty ich instalacji. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści skrócenie wymaganego okresu gwarancji na wymienione części do 6 miesięcy?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. § 9 ust. 5 wzoru umowy:**

Prosimy o wyjaśnienie czy przez wymianę na nowy element, który był naprawiany należy rozumieć wymianę na oryginalne elementy producenta, który wytworzył urządzenie?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. § 7 wzoru umowy:**

Prosimy o dodanie zapisu, że rozwiązanie umowy może nastąpić po udzieleniu dodatkowego 30-dniowego terminu.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy:**

Prosimy o zmianę: „Sprzedający będzie uwzględniał .....” na „Sprzedający będzie rozpatrywał .....”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

Zamawiający zawarł zapis w umowie i w oświadczeniu zał. Nr 4 – liczba napraw uprawniających do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie – maks. 3. prosimy o usunięcie z zapisu słowa „urządzenie” gdyż naprawie lub wymianie podlega podzespół/ element, producent nie przewiduje wymiany urządzenia w takich przypadkach.

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli projekt osłon wykaże konieczność wykonania lub dokupienia osłon stałych to zobowiązanie to będzie po stronie zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że odbiór instytucji zewnętrznych (np. Sanepid radiologiczny) będzie po stronie zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytania dot. § 9 wzoru umowy:**

1) Prosimy o dodanie w § 9 umowy oraz w punkcie 2 oświadczenia załącznik nr 4 zapisu: Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy użytkownika i wywołane nim wady;
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby);

b) materiały eksploatacyjne oraz materiały podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. żele, żarówki, kable, folie, paski itp.)

c) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie itp.)

2) Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów na: „Sprzedający udziela ..... - miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia liczonej od daty zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy. Sprzedający zapewni przez ten okres bezpłatną obsługę serwisową przedmiotu umowy w zakresie usuwania awarii wynikających z prawidłowego użytkowania”.

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 9 ust. 1 na poniższy:

„Sprzedający udziela ..... - miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Sprzedający zapewni przez ten okres pełną obsługę gwarancyjną oferowanego przedmiotu umowy zawarta w cenie umowy” oraz dodanie poniższego zapisu:

„Sprzedawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / usterki powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu w szczególności wady konstrukcyjne, montażowe lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) wady i usterki urządzenia wynikłe na skutek:

- a) eksploatacji (używania) urządzenia przez Kupującego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, i wywołane nimi wady i usterki (uszkodzenia),

- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Kupującego lub inne nieuprawnione osoby),

2) wady / usterki (uszkodzenia) spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, min. tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.),

3) materiały eksploatacyjne”.

4) Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 9 ust. 1 umowy jak następuje : „(...) sprzedający zapewni przez ten okres obsługę serwisową w kalkulowaną w cenę oferowanego przedmiotu umowy”?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany § 9 ust. 1 wzoru umowy, który

otrzymuje brzmienie: „Sprzedający udziela ..... - miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia liczonej od daty zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy. Sprzedający zapewni przez ten okres pełną obsługę serwisową oferowanego przedmiotu umowy wliczoną w cenę umowy. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy użytkownika i wywołane nim wady;
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkownika, przechowywania, konserwacji;
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby);

b) materiały eksploatacyjne.

c) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie itp.)”.

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów pkt. I SIWZ na poniższy:

„Zamawiający informuje, że oferta która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu. W razie uzasadnionych reklamacji ilościowych bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

#### **Pytanie dot. § 2 ust. 4:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 2 ust. 4 na poniższy:**

„Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku będą naliczane kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Wyłącza się dalej idące niż określono powyżej roszczenia lub uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

#### **Pytanie dot. § 3 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 3 ust. 3 na poniższy:

„Wymienione ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

#### **Pytanie dot. § 4 ust. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 4 ust. 2 na poniższy:

„Jako datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wynagrodzenia.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

#### **Pytanie dot. § 6 ust. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 1 na poniższy:

„Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia (netto) Sprzedającego za każdy dzień zwłoki łącznie nie więcej jednak niż 10% ww. kwoty”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. § 6 ust. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 2 na poniższy:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z winy Kupującego należą się Kupującemu od Sprzedającego kary umowne w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (brutto) Sprzedającego”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. § 6 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 3 na poniższy:

„Za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia (netto) Sprzedającego wynikającego z umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu umownego do chwili usunięcia wad, łącznie jednak nie więcej niż 10% ww. kwoty.

Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Kupującego swoim kontrahentom”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. § 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 7 na poniższy:

„W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia przekraczającej 5 dni robocze Kupujący ma prawo rozwiązać umowę pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytania dot. § 9 ust. 3:**

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 9 ust. 3 na poniższy:

„Sprzedający zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej, zgodnej z warunkami technicznymi, pracy dostarczonego przedmiotu umowy. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 3 dni robocze liczony od podjęcia interwencji serwisowej, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (liczony od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia interwencji serwisowej u Kupującego) w okresie gwarancji nie dłużej niż 48 h w dni robocze.”

2) Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zapisu mówiącego o czasie oczekiwania na usunięcie usterki przy zaistniałej konieczności na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany § 9 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Sprzedający zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej, zgodnej z warunkami technicznymi, pracy dostarczonego przedmiotu umowy. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 3 dni robocze liczony od podjęcia interwencji serwisowej, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (liczony od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia interwencji serwisowej u Kupującego) w okresie gwarancji nie dłużej niż 48 h w dni robocze”.

**Pytanie dot. § 9 ust. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 9 ust. 5 na poniższy:

„Sprzedający wymieni na niewadliwy i oryginalny taki element/ podzespół/ część urządzenia, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów/ podzespołów/części po naprawie - 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca okresu gwarancji na całe urządzenie.”

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. § 9 ust. 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 9 ust. 10 poniższego zapisu:

„Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia na nowe, ani wymiana części /elementu/ podzespołu w trakcie naprawy nie powodują wznowienia okresu gwarancji na urządzenie ani odpowiednio jego część /element/ podzespół, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego; niezależnie jednak od wszystkich przedłużeń okres podstawowy gwarancji wydłuża się maksymalnie o 3 miesiące”.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. Załącznika nr 4 pkt. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie usterki w ciągu do 7 dni roboczych, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Załącznika nr 4 pkt. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji serwisowej w języku angielskim? Jest to dokumentacja dla profesjonalistów i nie jest ona tłumaczona na język polski przez producenta.

**Wyjaśnienie:** Tak, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. Załącznika nr 4 pkt. 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymagania dotyczącego szkolenia serwisowego dla pracowników Działu Inżynierii Klinicznej Szpitala? Do wykonania czynności serwisowych nawet w podstawowym zakresie wymagane jest specjalizowane wyposażenie oraz kilkutygodniowe szkolenie w serwisie producenta zakończone egzaminem. Szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego może być przeprowadzone w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego urządzenia.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 17:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie dodatkowego sterownika umożliwiającego



sterowanie przez personel ze sterylnego pola istotnymi funkcjami ramienia C, takimi jak: jasność, kontrast i obrót obrazu; sterowanie ekspozycją lecz bez funkcjonalności ruchu zmotoryzowanego a dodatkowo z podglądem obrazu na żywo.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 23:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z wysokoczęstotliwościowym generatorem wysokiego napięcia RTG o znamieniowej mocy nie mniejszej niż 2,02 kW?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 34:**

Czy zamawiający dopuści pojemność cieplną kołpaka 1140 kHU? Jest to tylko 60 jednostek mniej. Podczas pracy aparatu ważniejszym parametrem jest szybkość chłodzenia kołpaka aby zapobiec przegrzaniu lampy. Proponujemy zatem wprowadzenia dodatkowego punktu do SIWZ: „Szybkość chłodzenia anody – min. 50 kHU/ min.”.

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych pkt 46:**

Rozumiemy, iż zamawiający omyłkowo wpisał luminancję monitorów na poziomie 300 cd/ m<sup>2</sup> z monitorów już nie produkowanych i wymagać będzie nowoczesnych monitorów diagnostycznych monochromatycznych z luminancją min. 1000 cd/ m<sup>2</sup>, aby móc dokładnie zdiagnozować badany obszar?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy na 42 dni od dnia zawarcia umowy?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. § 8 ust. 1:**

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji z 7 do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami KC.

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie dot. § 9 ust. 3:**

Prosimy o sprecyzowanie zapisu mówiącego o czasie oczekiwania na usunięcie usterki przy zaistniałej konieczności na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy na nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec