



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG- ZP 3320/7/ /14

Zamość, dnia 03 lutego 2014 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPRZASZCZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Immunologii wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

1. Parametry graniczne analizatora podstawowego: Czy w związku z zapisami „Czas przebywania próbki pierwotnej z próbką badaną na pokładzie nie dłuższy niż 5 min. Po tym czasie próbka może być wykorzystywana do analiz w innym analizatorze”. Zamawiający wymaga, aby analizator automatycznie wykonywał powtórzenie testów bez konieczności ponownego wstawienia do aparatu próbki pierwotnej zawierającej materiał badany?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga aby analizator automatycznie wykonywał powtórzenie testów bez konieczności ponownego wstawienia do aparatu próbki pierwotnej

2. Czy w związku z zapisem „Odczynniki, kalibratory i kontrole kompatybilne z analizatorem podstawowym. Zamawiający dopuszcza max. Trzy odczynniki i kalibratory różne w stosunku do analizatora podstawowego” Zamawiający wykreśli z SIWZ pkt. 5 „Obydwa odczynniki pracują w oparciu o te same odczynniki”?

Wyjaśnienie: Tak Zamawiający wykreśla z SIWZ pkt. 5 – „Obydwa analizatory pracują w oparciu o te same odczynniki”.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wydzierżawionych dwóch analizatorów w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia aparatów w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 1 z materiałów kontrolnych składającego się z 4 poziomów w jednym opakowaniu (ultra niski, niski, normalny, wysoki)? Jest to jedyny kilkupoziomowy materiał dedykowany do specjalistycznych oznaczeń immunochemicznych dostępny na rynku – poz powyższą opcją można jedynie zakupić każdy z poziomów oddzielnie.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 1 z materiałów kontrolnych składającego się z 4 poziomów.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek