



Zamość, dnia 13 lutego 2014 r.

AG-ZP 3320/10/ /14

dotyczy: **wyjaśnienie treści siwz.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, sprzętu i preparatu okulistycznego dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

Pytanie 1, dot. Zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na soczewkę aplikowaną jednorazowym injectorem (bezbarwnym)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w tym zadaniu na soczewkę sterylizowaną metodą parową?

Wyjaśnienie: Nie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga sterylizacji tlenkiem etylenu.

Pytanie 3, dot. Zadania nr 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości z 200 do 100 sztuk soczewek jakie musi złożyć w „banku soczewek” wykonawca. Proponowana ilość jest wystarczająca i w pełni zabezpiecza potrzeby Zamawiającego związane z realizacją powyższego zamówienia. Jeśli tak, to prosimy o ponowne określenie wymaganego składu w umowie – dioptrie / ilość sztuk.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie 4, dot. Zadania nr 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na preparat wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 1,3 mln – 2 mln Daltonów i osmolarności 257 – 314 mOsm/kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów preparatu?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 5, dot. wzór umowy nr 1 / § 11, ust. 2 /, wzór umowy nr 2 / § 9 ust. 2 /:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafów wg poniższej propozycji:

„w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto przy zachowaniu ceny netto.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie 6, dot. wzór umowy nr 1, wzór umowy nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie / podanie wymaganego terminu płatności, proponowany przez Wykonawcę to 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ str. 9 pkt. 5. – 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Pytanie 7, dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3 w Rozdziale I SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie soczewek przedniokomorowych o zakresie dioptrażu od +5,0 D do + 30,0 D (z wyłączeniem dioptrażu od 0,0 D do + 4,0 D), przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soczewek przedniokomorowych o zakresie dioptrażu od +5,0 D do + 30,0 D (z wyłączeniem dioptrażu od 0,0 D do + 4,0 D), przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 7, dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 6 oraz 7 w Rozdziale I SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w przypadku złożenia oferty na zadanie 6 i 7 przez jednego oferenta, możliwość zaoferowania 1 indzektora wielorazowego, który jest kompatybilny do wszczepu soczewek torycznych i wieloogniskowych ? Jeżeli Zamawiający dopuszcza prosimy również o uściślenie czy ma to być injector wkręcany czy tłokowy ?

Wyjaśnienie: Tak. Wkręcany.

Pytanie 8, dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 9 w Rozdziale I SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o podanie objętości wymaganych preparatów wiskoelastycznych w zadaniu 9.

Wyjaśnienie: kohezyjna 0,4 ml, dyspersyjna 0,35 ml.

Pytanie 9, dot. zapisów w Rozdziale II SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu”:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu 60 dniowego terminu płatności od daty otrzymania faktury VAT na termin 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Wyjaśnienie: Wiążący jest termin płatności określony w SIWZ.

Pytanie 10, dot. zapisów § 2 Wzoru umowy nr 1 (dla zadań 3, 4, 5):

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższej propozycji zapisu w ramach § 2:

„Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 11, dot. zapisów§ 4 ust. 5 Wzoru umowy nr 1 (dla zadań 3, 4, 5):

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Sprzedający będzie uwzględniał reklamacja jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji, przy czym w sytuacji ewentualnej wady jakościowej rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od chwili otrzymania reklamowanego, wadliwego wyrobu przez Sprzedającego. Wadliwy wyrób Kupujący odsyła na koszt Sprzedającego na wskazany przez Sprzedającego adres”.

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany (zgodnie z k.c. termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 12, dot. zapisów§ 6 ust. 2 Wzoru umowy nr 1 (dla zadań 3, 4, 5):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 13, dot. zapisów§ 11 ust. 1 Wzoru umowy nr 1 (dla zadań 3, 4, 5):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem, z wyłączeniem zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT, gdzie zmiana następuje automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego zmieniającego stawkę (...)”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 14, dot. zapisów§ 11 ust. 2 tiret drugi Wzoru umowy nr 1 (dla zadań 3, 4, 5):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „(...) - w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, iż nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto (...)”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 15, dot. zapisów§ 12 Wzoru umowy nr 1 (dla zadań 3, 4, 5):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie a ograniczenie to nie przekroczy 30% ogólnej wartości zamówienia brutto. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy”.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w

zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30% wartości tejże umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia”. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

Wyjaśnienie: Treść § 12 wzoru umowy nr 1 ulega zmianie i **otrzymuje brzmienie:** „**W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 30% wartości umowy.**”

Pytanie 16, dot. zapisów § 2 ust.1 Wzoru umowy nr 2 (dla zadań 1, 2, 6, 7, 8, 9):

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Sprzedający będzie uwzględniał reklamacja jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji, przy czym w sytuacji ewentualnej wady jakościowej rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od chwili otrzymania reklamowanego, wadliwego wyrobu przez Sprzedającego. Wadliwy wyrób Kupujący odsyła na koszt Sprzedającego na wskazany przez Sprzedającego adres”.

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany (zgodnie z k.c. termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 17, dot. zapisów § 4 ust. 2 Wzoru umowy nr 2 (dla zadań 1, 2, 6, 7, 8, 9):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 18, dot. zapisów § 9 ust. 1 Wzoru umowy nr 2 (dla zadań 1, 2, 6, 7, 8, 9):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem, z wyłączeniem zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT, gdzie zmiana następuje automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego zmieniającego stawkę (....)”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 19, dot. zapisów § 9 ust. 2 tiret drugi Wzoru umowy nr 2 (dla zadań 1, 2, 6, 7, 8, 9):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „(...) - w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, iż nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto (...)”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 - integralnej części SIWZ.

Pytanie 20, dot. zapisów § 10 Wzoru umowy nr 2 (dla zadań 1, 2, 6, 7, 8, 9):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie a ograniczenie to nie przekroczy 30% ogólnej wartości zamówienia brutto. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy”.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30% wartości tejże umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia”. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

Wyjaśnienie: Treść § 10 wzoru umowy nr 2 ulega zmianie i **otrzymuje brzmienie:** „**W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 30% wartości umowy.**”

Pytanie 21, dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści preparat wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- sól sodowa hialuroniatu,
- stężenie 1,4%,
- lepkość: (0,1 s⁻¹) 120 000 mPa/s
- masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 mln – 3,5 x 10⁶ daltonów
- osmolarność 280 - 330 mOsmol/l
- pH: 6,8 – 7,6
- objętość 1ml

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza preparat wiskoelastyczny o w/w parametrach, przy czym parametr masa cząsteczkowa: 3,2 mln – $3,5 \times 10^6$ daltonów.

Pytanie 22, dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o zakresie mocy optycznej +10.0D do +27.0D (dostępne co 0.5D) od +27.0D do +30.0D (dostępne co 1D). Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści soczewki z optyką sferyczną o wymiarze części haptycznej 11 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 4 soczewki posiadającej dwie części haptyczne, w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę, w każdej z dwóch części haptycznych, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 8 preparatu wiskoelastycznego o następujących parametrach:

- hialuronian sodu,
- stężenie 1,4%,
- lepkość: ($0,1s^{-1}$): 120 000 mPa·s
- masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 mln – $3,5 \times 10^6$ Daltonów
- osmolarność 280 - 330 mOsmol/l
- pH: 6,8 – 7,6
- objętość 1ml ?

Wyjaśnienie: Takie parametry są określone w SIWZ, wymagany parametr masa cząsteczkowa: 3,2 mln – $3,5 \times 10^6$ Daltonów.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest termin płatności określony w SIWZ.

Pytanie 27:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 2 wzoru umowy nr 1 oraz w § 9 ust. 2 wzoru umowy nr 2 następujących zapisów: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzorów umów nr 1 i 2 - integralnych części SIWZ.

Pytanie 28:

Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści kompatybilne do oferowanych soczewek - jednorazowe zestawy implantacyjne: jednorazowy kartridż + jednorazowy injector (nie zielony) – soczewka + zestaw implantacyjny zapakowany razem, pochodzący od jednego producenta) przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 29 Zadanie 4.

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia przeciw PCO w postaci podwójnej ostrej krawędzi na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery – wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 30 Zadanie 4.

Czy Zamawiający wymaga pełnych haptenów gwarantujących lepszą centrację i stabilizację soczewki ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 31 Zadanie 4.

Czy Zamawiający wymaga modułu Younga w przedziale 46,02 – 48,00 gwarantującego optymalną elastyczność soczewki, co jest istotne w procesie implantacji oraz fiksacji soczewki ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 32 Zadanie 4.

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana soczewka posiadała kąt zwilżania < 90% ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 33 Zadanie 5.

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa,
- stopień uwodnienia = 25%,
- konstrukcja – jednoczęściowa, z zamkniętymi haptkami podpierającymi soczewkę w 4 punktach,
- średnica całkowita 10,75 mm,
- średnica optyczna 6,15 mm,
- właściwości sferyczne, aberracja skorygowana $Q = - 0,1 \mu\text{m}$,
- podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz ostre brzegi na częściach haptycznych,
- angulacja 5° ,
- stała A 118,9,
- cięcie $\geq 1,8 \text{ mm}$,
- funkcja anti-glare redukująca odblaski,
- soczewka fabrycznie załadowana do cartridge umieszczonego w jednorazowym injectorze,

- dioptraż od 10 – 30D (co 0,5D), dwuwypukła,
- soczewki zapakowane fabrycznie do catridga, który łączy się z injectorem.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 34 Zadanie 8.

Czy Zamawiający wymaga hialuronianu sodu 1,4% o objętości ampułkostrzykawki 0,85 ml, osmolarności 320 mOsmol/kg, lepkości 3,3 mln cPs, masie cząsteczkowej 5 mln D, pochodzenia naturalnego ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 preparat wiskoelastyczny 1,4% hialuronian sodu o masie cząsteczkowej 3 mln Daltonów pozostałe wymagania bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 36 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 7 w Rozdziale I SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozszerzonego zakresu mocy cylindrycznej tj. od 1,0 D do 6,0D w ramach zadania 7.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższy zakres mocy.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert**, który wyznacza się **do dnia 19 lutego 2014r. godz. 11.00;**
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się **na dzień 19 lutego 2014r. godz. 12.00.**

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec