



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 marca 2014 r.



AG-ZP.3320/ 15/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. Zadania 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków w opakowaniu hermetycznym z pochłaniaczem wilgoci typu „blister” i pakowanych oddzielnie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków „Nitrocefin Disc” pochodzących od innego producenta?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści oddzielny test do wykrywania Clostridium toksyna A + B w ilości 900 szt. oraz Clostridium GDH w ilości 900 szt.?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza oddzielnych testów do oznaczania Clostridium.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wymaga testu charakteryzującego się poziomem wykrywalności antygeny GDH nie gorszym niż 0,8 ng/ ml, poziomem wykrywalności toksyn A nie gorszym niż 0,7 ng/ ml, a toksyny B nie gorszym niż 0,2 ng/ ml?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga testu o takich parametrach.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści szybki test immunoenzymatyczny kasetkowy?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza szybki test immunoenzymatyczny kasetkowy.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wymaga zestawu, w skład którego wchodzi min. 2 ml kontroli dodatniej?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga kontroli dodatniej.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wymaga zestawu, w skład którego wchodzi również koniugat 2,5 ml (mysie przeciwciała monoklonalne swoiste dla dehydrogenazy glutaminianowej sprzężone

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 15/14- Wyjaśnienie treści SIWZ

z peroksydazą chrzanową i kozie przeciwciała poliklonalne swoiste dla toksyn A i B sprzężone z peroksydazą chrzanową w buforowanym roztworze białka)?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga takiego zestawu.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wymaga testu w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno dla GDH jak i toksyn A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga aby test oznaczał jednocześnie toksynę i antygen w jednej kasetce.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wymaga testu, w którym nie występuje reakcja krzyżowa z *Staphylococcus aureus* (szczep Cowan)?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga aby swoistość testu była min. 93% i czułość większa od 90%.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie parametry testu potwierdzone były w załączonej do oferty metodyce?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga metodyki w ofercie.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę długości terminu dostawy z 2 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający dopuści możliwość zmiany oferowanych cen brutto za dane pakiety w sytuacji zmiany stawki VAT podyktowanej zmiany z stosownych regulacjach prawnych?

Wyjaśnienie: Uprzejmie informujemy, iż zmiana stawki podatku VAT została uregulowana w § 9 ust. 2 wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec