



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 kwietnia 2014 r.

AG- ZP 3320/21/ /14

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie systemu nadzoru okołoporodowego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

1. Pytanie 1: Ad. P. I.20 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów”. Zamawiający wymaga prezentacji wyników analizy on-line. Czy Zamawiający dopuści system, w którym wyniki analizy on-line wyświetlane są w formie tabelarycznej w odstępach pięciu minut.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie 2: Ad. P. III w całości. Prosimy o usunięcie opisu elektrokardiografu płodowego lub ewentualne wydzielenie go do odrębnego pakietu. Opis i zakres integracji wskazują na jednego dostawcę. Powszechnie stosowanym pomiarem jest DECG w oparciu o sygnały bioelektryczne z elektrody skalpowej i w takie rozwiązanie może być wyposażony jeden z kardiografów.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie 3: Ad. P. 5 załącznika nr 3 do SIWZ – wymóg minimum 10 letniego okresu dostępności części zamiennych. W grupie „V” Zamawiający wymaga dostarczenia pelot do posiadanych przez Szpital kardiografów. Produkcja modeli serii 50 została zakończona w ostatnich latach a dostęp do ich części zamiennych zostanie ograniczony. Nawet jako przedstawiciel producenta nie będziemy mogli wypełnić tego zobowiązania, w takim zakresie. Wnosimy o ograniczenie wymagania dla czasu dostępności części zamiennych opisanych w tej sekcji do 2 lat.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Z – ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec