



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 kwietnia 2014 r.



AG-ZP.3320/ 24/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości do 4 szt. ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera 2 szt.?

Pytanie dot. zadania 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości do 2 szt. ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera 2 szt.?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej w następującym zakresie:
Zmianie ulegają wymagane ilości przedmiotu zamówienia w następujących zadaniach:

tel. Centrala
84 6773333

Zadanie 1 – Sfinkterotomy
Zamiast 3 szt. jest **4 szt.**

tel. Sekretariat
84 6773300

Zadanie 2 – Nóż wielorazowy do pre-cuttingu
Zamiast 1 szt. jest **2 szt.**

Fax
84 6386669

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści zestawy do opaskowania żyłaków przetyku zawierające 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w cienki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączony do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki?

Wyjaśnienie: Nie.

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

Pytanie dot. zadania 5:

Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na prowadnicę o długości 450 cm, koniec miękkiej, prosty widoczny jak i cała prowadnica pod rtg, średnica jak w opisie?

Wyjaśnienie: Nie.

REGON
006050134

KRS
0000021024

Pytanie dot. zadania 6:

Czy zamawiający dopuści stent żółciowy w wersji pokrywanej zarejestrowany również do zmian łagodnych – usuwalny w okresie 12 m-cy od momentu implantacji (warunki i czas implantacji dołączone do charakterystyki produktu medycznego), ale ze standardowym

uchwytem do rozprężenia i odzyskania stentu składającym się z uchwytu i cewnika prowadzącego? Reszta parametrów i wersji stentu bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na stent samorozprężalny do dróg żółciowych wykonany z drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy maksymalnej 9F z poszerzonymi końcami, uchwyt standardowy do podawania umożliwiający odzyskanie stentu, bez pętli na końcu stentu, możliwość zamykania i otwierania stentu na zestawie do 50%, pozostałe parametry jak w opisie?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnego stentu nitinolowego do dróg żółciowych wykonanego z cienkiego plecionego drutu nitinolowego (o pojedynczej lub podwójnej gęstości oczek siatki) w wersji pokrywanej i niepokrywanej o średnicach 8 i 10 mm i długościach 4, 6, 8, 10 cm, długość introduktora 180 cm, ze złotymi markerami na obu końcach stentu i na środku, widocznym w RTG, z systemem aplikacji umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu, bez uchwytu pistoletowego, bez możliwości wycofania stentu do aplikatora dla stentów pokrywanych, a dla stentu niepokrywanego system aplikacji pozwala na uwolnienie stentu do około 50% długości i wycofaniu, stenty wyposażone w pętlę uchwytową służącą do korekty położenia lub usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia, aplikator posiada znaczniki radiologiczne i graficzne znaczniki dla kontroli stopnia uwolnienia stentu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Wyjaśnienie: Uprzejmie informujemy, iż nie jest to pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie dot. zapisów umowy §5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na to, by cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą zamawiającego?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów umowy §9:

Czy zamawiający wyrazi zgodę by w okresie obowiązywania umowy stałe pozostawały ceny jednostkowe netto, zaś ceny brutto zmieniały się proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec