



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 02 maja 2014 r.



AG-ZP.3320/25/ /14

Certyfikat nr 0019/201
ISO 9001 : 2008

dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**

Certyfikat nr 0020/201
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/201
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:



KOMITET
UPOPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

Pytanie dot. zadania 1 poz. 27:

Czy Zamawiający dopuści bagietkę laboratoryjną o dł. 120 mm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety automatycznej o poj. 500 – 5 000 ul?

Wyjaśnienie: Nie.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Pytanie dot. treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania ceny jednostkowej netto i brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku ?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. Akt UZP/0-2546/06).

Wyjaśnienie: W ofercie cenowej jako jednostkę miary należy przyjąć opakowanie jednocześnie określając ilość sztuk w danym opakowaniu. Należy oczywiście przeliczyć wymaganą w SIWZ ilość sztuk poszczególnych pozycji asortymentowych na ilość opakowań. Ceny za opakowanie muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie dot. projektu umowy § 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia

jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto” ?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł, koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części siwz.

Pytanie dot. projektu umowy § 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę ?

Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „uwzględnił reklamacje” na „rozpatrywał reklamacje” ?

Zapis w obecnej postaci jest nieakceptowalny, ponieważ z góry zakłada winę Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „w ciągu 7 dni” na „w ciągu 7 dni roboczych” ?

Prośbę swoją motywujemy tym, że Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu w ciągu 7 dni jest trudne do wykonania. Dodatkowo proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego reklamacji bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 9:

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części siwz.

Pytanie dot. zadania 1:

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego asortymentu, co powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 1 z zadania 1.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie zadania nr 1 na dwa oddzielne zadania, tak aby w jednym zadaniu znalazły się pozycje 1 – 15, a w drugim pozycje 15-31 lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w zadaniu 1 ?

Prośbę swoją motywujemy tym, że wymienione produkty są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji oraz podział zadania 1 spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki do surowicy z żelzem separującym z korkiem, z etykietą, o obj. 3 ml ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki z korkiem, o obj. 1 ml ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek o wymiarach 75 x 12 mm ?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 1 mm w średnicy w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek o wymiarach 88 x 12 mm ?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 2 mm w długości w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w próbce) czy może nalepki naklejonej na próbkę, która zasłania część próbki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości ?

Wyjaśnienie: Pole do opisu w formie nadruku.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbkę o wymiarach 12 x 75 mm ?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 1 mm w średnicy w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki z korkiem jasnoniebieskim ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki z korkiem, o obj. 1,8 ml ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie próbek do OB o wymiarach 75 x 12 mm z korkiem zwykłym i polem do opisu ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla próbek i osobno pipet jednorazowych ?

Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą próbki i pipeta jednorazowa stanowią odrębne pozycje asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania. Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki o poj. 11 ml i wymiarach 16 x 100 mm ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie próbek z antykoagulantem K2EDTA zamiast K3EDTA ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na etykiety 40 x 20 mm ?

Wyjaśnienie: Przedmiotem zamówienia w poz. 12 jest próbka na surowicę z aktywatorem krzepnięcia, poj. 7,0 – 10,0 ml. Natomiast etykiety są przedmiotem zamówienia w poz. 16 – ich opis określony w SIWZ jest wiążący.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki na mocz o pojemności użytkowej 120 ml ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o pojemności 120 µl ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 24:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatraskowym zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock ?

Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga korka zintegrowanego z probówką, zatraskowego.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki z plastikową bagietką z wacikiem, o długości 150 mm i średnicy wacika 10 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki o długości 150 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 30 i 31:

Czy Zamawiający może doprecyzować o jaki rodzaj naczynek reakcyjnych chodzi ?

Wyjaśnienie: Naczynka reakcyjne typu Technikon.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy równoważnych ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy nożykowych 1,5 mm ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy igłowych 1,8 mm ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek szklanych stożkowych 16 x 100 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o modyfikację opisów przedmiotów zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w sposób, który zgodnie z Art. 7 i Art.29 ust. 2 ustawy pzp nie utrudni uczciwej konkurencji ponieważ dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko i wyłącznie jednego producenta i dostawcę co

jest naruszeniem prawa zamówień publicznych i ogranicza złożenie oferty innym dystrybutorom sprzętu medycznego. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej oferty konkurencyjnej większej licznie wykonawców i nie będzie naruszać ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasad uczciwej konkurencji.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści probówki z korkiem wciskany i obj. 1 ml ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści probówki z korkiem wciskany i poj. 1 ml ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści probówki w rozmiarze 75 x 12 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści probówki 4 ml w rozmiarze 75 x 12 mm ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści probówki w rozmiarze 75 x 12 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści probówki z korkiem wciskany ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści strzykawko - probówki 2,3 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści probówki 12 ml ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 14:

Czy probówki mają posiadać kapilarę ?

Wyjaśnienie: Tak, probówka musi posiadać kapilarę.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 15:

Czy probówki mają posiadać kapilarę i czy Zamawiający dopuści antykoagulant K2EDTA ?

Wyjaśnienie: Tak, probówka musi posiadać kapilarę, dopuszcza się K2EDTA.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści etykiety 40 x 24 mm ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 21:

Czy Zamawiający dopuści probówki 12 ml, 95 x 16 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek