



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 czerwca 2014 r.



AG-ZP.3320/29/06662/14

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

Pytanie dot. zadania 5 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów Pigtail w rozmiarze 4,7 FR zamiast 5 FR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszczamy powyższy zestaw.

tel. Centrala
84 6773333

Pytanie dot. zadania nr 5 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii CH 9, CH 12, CH 14 zawierającego cewnik typu Pigtail, prowadnicę, igłę punkcyjną, dilatator (w zestawie z cewnikiem CH 9 – jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki; w zestawie z cewnikiem CH 12 – dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki; w zestawie z cewnikiem CH 14 – dwa rozszerzadła w tym jedno z rozrywalną koszulką), uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem lub zatyczką. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

Pytanie dot. zadania nr 5 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii CH 9, CH 12, CH 14 zawierającego cewnik typu Pigtail, prowadnicę, igłę punkcyjną, dilatator bez rozrywalnej koszulki oraz dilatator z rozrywalną koszulką, uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem lub zatyczką. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Pytanie dot. zadania nr 5 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarze CH 8,5, CH

12, CH 14 zawierający cewnik Pigtail, igłę rozrywalną, zatyczkę i skalpel. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszczamy.

Pytanie dot. pakietu nr 19 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową dużą – poj. 700 ml o długości 25 cm ?

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszczamy.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert umożliwi zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów z pozycji 1 i 2 pakietu osobno ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż **ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5.**

Zmiana polega na:

I. Wylączeniu z zakresu zadania nr 5 – Zestawy do szynowania, nefrostomia pozycji 1 - Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/24/2, nr 6F/24/2 – 620 sztuk i pozycji 2 - Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/26/2, nr 6F/26/2 -620 sztuk. Zadanie nr 5 po zmianie – Zestawy do nefrostomii i cystostomii - zawiera 2 pozostałe pozycje asortymentowe, tj.:

1. Zestaw do nefrostomii Nr 9 F, 12F, 14F zawierający cewnik typu Pigtail, prowadnicę i igłę punkcyjną (prowadnica ze zmiękczonego końcem), dilatator z rozrywaną koszulką, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylizowany w tlenku etylenu – 400 sztuk.

2. Zestaw do cystostomii Nr 9F, 12F, 14F zawierający cewnik Pigtail i igłę rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylizowany w tlenku etylenu - 100 sztuk.

Kwota wadium w zadaniu nr 5 – 1 200,00 złotych

II. Utworzeniu nowego zadania nr 24 – Zestawy do szynowania. Opis przedmiotu zamówienia w tym zadaniu przedstawia się następująco:

1. Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/24/2, nr 6F/24/2, jałowy z przewodnikiem długości co najmniej 90 cm, Pigtail podwójnie wygięty z zaciskaczem i popychaczem. Wszystkie elementy pakowane razem i sterylizowane w tlenku etylenu. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni – 620 sztuk.

2. Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/26/2, nr 6F/26/2, jałowy z przewodnikiem długości co najmniej 90 cm, Pigtail podwójnie wygięty z zaciskaczem i popychaczem. Wszystkie elementy pakowane razem i sterylizowane w tlenku etylenu. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni – 620 sztuk.

Kwota wadium w zadaniu nr 24 - 1 600,00 złotych

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w pozycji 3 zadania nr 5 dopuści złożenie oferty na zestaw do nefrostomii Nr 10GF, 12F, 14F zawierający cewnik balonowy, prowadnicę ze

zmięczonym końcem, igłę punkcyjną, dilatatory – ostatni z rozrywaną koszulką i skalpel, pozostałe parametry jak w opisie ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 5 dopuści złożenie oferty na zestaw do cystostomii nr 10F, 12F, 14F zawierający cewnik Pigtail i igłę rozrywalną, plaster mocujący i skalpel, pozostałe parametry jak w opisie ?

Wyjaśnienie: Tak.

Wniosek dot. zadania 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 tj. zestawów do szynowania moczowodów do osobnego pakietu.

Wyjaśnienie: Obowiązuje zmiana zgodnie z wyjaśnieniami na str. 2 niniejszego pisma.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek