



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 lipca 2014 r.



AG-ZP.3320/29/ /14

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMienia  
PIERSIA

### Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych udokumentowanych informacją banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. Centrala  
84 6773333

### Pytanie dot. pak. 6:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rampy z portami pozwalającymi na 400 aktywacji (każdy), pozostałe parametry bez zmian ?

### Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

### Wniosek dot. zadania 7 poz. 1 (zestawy do cewnikowania metodą Seldingera):

Proszę o dopuszczenie cewników 2 światłowych o parametrach zgodnych z SIWZ – zakładanych metodą Seldingera z zestawem do wprowadzania w skład którego wchodzi:

- 2 – światłowy poliuretanowy cewnik – zgodny z parametrami zawartymi w SIWZ
- igła do nakłucia (dla cewnika 6F – 19G, dla cewników 7F i 8F – 18 G
- krótką I.V. kaniulę 18G
- przewodnik typu J dł. 53 cm
- dylator
- podwójne skrzydełko mocujące
- 2 zatyczki

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AG-ZP.3320/ 29/14 - Wyjaśnienie treści SIWZ

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

- skalpel
- strzykawka 5 ml.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Wniosek dot. zadania 7 poz. 2 (zestawy do cewnikowania metodą Seldingera):**

Proszę o dopuszczenie cewnika 1 światłowego o parametrach zgodnych z SIWZ – zakładanego metodą Seldingera z zestawem do wprowadzania w skład którego wchodzi:

- 1 – światłowy poliuretanowy cewnik – zgodny z parametrami zawartymi w SIWZ
- igła do nakłucia 17G dł. 70 mm (śr. wew. 1,14 mm/zew 1,40 mm)
- przewodnik typu J dł. 53 cm (śr. 0,97 mm)
- strzykawka 5 ml
- dylator
- 10 cm przedłużka cewnika z zaciskiem.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. zadania 15 (cewniki do żyły pępowinowej)**

Proszę o doprecyzowanie: Czy cewniki do żyły pępowinowej z uwagi na wskazany w SIWZ – 3 tygodniowy okres stosowania – mają być poliuretanowe a także posiadać dodatkowo kranik trójdrożny tworzący integralną całość i zapewniający bezpieczeństwo podczas tak długiego stosowania ?

**Wyjaśnienie:**

Cewniki mają być z poliuretanu, bez kranika.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3 nóż mikrochirurgiczny typu Crescent z ostrzem odgiętym, jednostronnie ostrzonym (bevel up) o szerokości 2,0 ml?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest termin płatności określony w SIWZ.

**Wniosek:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy § 6 ust. 1 wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Czy Zamawiający dopuści rampę 5 – drożną infuzyjną z portami bezigłowymi do użycia na 7 dni lub 140 aktywacji ?

**Wyjaśnienie:**

140 aktywacji na każde ramię spełnia oczekiwania zamawiającego.

**Pytanie dot. zadania 8 poz. 1 - 2:**

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a' 100 szt. z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie a' 100 szt. ? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku podania ceny za 1 szt.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadanie 23 poz. 1 – 2:**

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach: S, M, L do wyboru przez Zamawiającego według potrzeb ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Wnioski dot. zadania 5 poz. 1, 2:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem Pigtail w rozm. 6Ch oraz w rozm. 4,8Ch zamiast 5Ch spełniające pozostałe wymogi siwz. Pragniemy zauważyć, iż cewniki w rozmiarach 4,8Ch różnią się nieznacznie od oczekiwanego rozmiaru Ch5 i są powszechnie stosowane w wielu placówkach medycznych. Nadmieniamy, iż zestawy do szynowania moczowodów w rozmiarze Ch5 są produkowane jedynie przez firmę Balton, co zatem znacznie ogranicza krąg wykonawców mogących złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem Pigtail w rozm. 6Ch i w rozm. 4,8ch zamiast 5ch bez zacisków spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Wyjaśnienie do pkt. 1, 2:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyjaśnieniach udzielonych pismem znak AG-ZP.3320/29/06662/14 z dnia 24 czerwca 2014r. zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

**Wnioski dot. zadania 5 poz. 3, 4:**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych zestawów w rozmiarach: 8Ch lub 10Ch, zamiast rozm. 9Ch, 12Ch oraz 14Ch zawierających cewnik typu Pigtail, prowadnicę, zestaw rozszerzadeł (w tym ostatnie z rozrywalną koszulką w rozm. 8Ch, 10ch i 12ch), szpulkę mocującą pozwalającą na precyzyjne umocowanie cewnika, bez skalpela i strzykawki, o czasie utrzymania cewnika min. 30 dni, wszystkie elementy pakowane razem. Nadmieniamy, iż zestawy nefrostomii produkowane ze strzykawką 10

ml i skalpelem w jednym opakowaniu są produkowane jedynie przez firmę Balton, co zatem znacznie ogranicza krąg wykonawców mogących złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

2. Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu zestawów do nefrotomii w rozmiarze 14ch co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawów do nefrotomii dwustopniowej z cewnikiem pigtail w rozmiarze 6ch, 8ch i 10ch z rowkowaniem do utrzymania cewnika, prowadnicą, dwuczęściową igłą punkcyjną, bez strzykawkki oraz skalpela z czasem stosowania cewnika do 30 dni.

**Poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystostomii w składzie: cewnik typu Pigtail, prowadnica, igła punkcyjna (prowadnica ze zmiękczoneym końcem) zestaw dylatorów, silikonowa szpulka do mocowania.

**Wyjaśnienie do pkt. 1, 2, 3 i poz. 4:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyjaśnieniach udzielonych pismem znak AG-ZP.3320/29/06662/14 z dnia 24 czerwca 2014r. zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

**Wnioski dot. zadania 6:**

1. Z uwagi na wymóg „ilości aktywacji min. 500 – nie dłużej niż 7 dni” prosimy o sprecyzowanie czy podana minimalna ilość aktywacji dotyczy ogólnej ilości aktywacji wszystkich pięciu portów łącznie czy dotyczy każdego z pojedynczych portów (czyli po min. 100 aktywacji na każde ramię) ? Pragniemy zaznaczyć, że liczba minimum 500 aktywacji – nie dłużej niż 7 dni oznacza aktywację portu co ok. 20 min. w czasie nie dłuższym niż 7 dni, co jest ilością nieadekwatną do standardowo przeprowadzanych procedur medycznych z użyciem w/w asortymentu.

**Wyjaśnienie:**

500 aktywacji dotyczy całości rampy.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy z min. 5 portami bezigłowymi z ilością aktywacji 140 – nie dłużej niż 7 dni (na każde ramię) spełniającej pozostałe wymogi siwz. Taka ilość aktywacji umożliwi bezpieczne prowadzenie terapii dożylniej.

**Wyjaśnienie:**

W/w rampa spełnia oczekiwania zamawiającego.

**Wniosek dot. zadania 10 poz. 3:**

Prosimy o sprecyzowanie czy przyrząd do aspiracji z butelek ma być wyposażony w filtr 0,2 μ co zapewnia sterylną wentylację ?

**Wyjaśnienie:**

Niezbędne wymagania zostały określone w siwz.

**Wniosek dot. zadania 16:**

Prosimy o sprecyzowanie czy prowadnice mają być wykonane z nitinolu i pokryte hydrożelem, co ułatwia ich stosowanie ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w siwz.

**Wniosek dot. zadania 8 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego wykonanego w części górnej z polipropylenu (SMMS), w części bocznej – wzmocniony chłonny Scrim, w rozmiarze uniwersalnym, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga czepka zgodnie z opisem w siwz. Dopuszcza rozmiar uniwersalny.

**Wniosek dot. zadania 8 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w rozmiarze M, L, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Nie dopuszczamy.

**Wniosek dot. zadania 9 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje fartucha jałowego foliowego ochraniającego również ręce (z rękawami).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający oczekuje fartucha foliowego bez rękawów.

**Wnioski dot. zadania 5:**

**Poz. 3:** Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania sterylnych zestawów do nefrotomii w rozmiarach: 8Ch lub 10Ch, zamiast rozm. 9Ch, 12Ch oraz 14Ch zawierających cewnik typu Pigtail z metalowym sztyletem, prowadnicę, zestaw rozszerzań w rozmiarze zależnym od rozmiaru cewnika bez skalpela i strzykawki. Nadmieniamy, iż zestawy nefrostomii produkowane ze strzykawką 10 ml i skalpelem w jednym opakowaniu są produkowane jedynie przez firmę Balton, co zatem znacznie ogranicza krąg wykonawców mogących złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

**Poz. 4:** Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystostomii w składzie: cewnik typu Pigtail w rozmiarze 8ch lub 10ch zamiast rozm. 9Ch, rozm. 12Ch oraz 14ch, prowadnica, igła punkcyjna (prowadnica ze zmięczonym końcem) zestaw dylatorów, silikonowa szpulka do mocowania, bez strzykawki i skalpela. Nadmieniamy, iż zestawy nefrostomii produkowane ze strzykawką 10 ml i skalpelem w jednym opakowaniu są produkowane jedynie przez firmę Balton, co zatem znacznie ogranicza krąg wykonawców mogących złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

**Wyjaśnienie do poz. 3, 4:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyjaśnieniach udzielonych pismem znak AG-ZP.3320/29/06662/14 z dnia 24 czerwca 2014r. zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

**Pytanie dot. zadania nr 1:**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania nr 1 pozycji nr 2 i 4 do osobnego pakietu ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w siwz.

**Pytanie dot. zadania nr 1 pozycja nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaofiaruje „żel ścierny do przygotowania skóry do badania EEG, EEM min. 114 g” ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w siwz.

**Pytanie dot. pakietu 10 – zapisów wzoru umowy § 2 ust. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy polegającej na

zmianie w § 2 w pkt. 1 polegającej na: „Dostawy będą odbywały się przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w dni robocze w godzinach 8 :00 – 15:00. Kupujący będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub faksem asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy oraz terminy dostawy – 7 (siedem) dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia przez Sprzedającego.”

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 6 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści rampę 5 kranikową, przezroczystą, odporną na podawanie tłuszczu, lipidów, chemioterapeutyków i leków najnowszej generacji, z każdym kranikiem oznaczonym innym kolorem ?

**Wyjaśnienie:**

Tak, pod warunkiem, iż pozostałe parametry określone w siwz zostaną spełnione.

**Pytanie dot. zadania 10 poz. 3:**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do aspiracji butelek wyposażonego w filtr 0,45 µm ?

**Wyjaśnienie:**

Niezbędne wymagania zamawiający określił w siwz.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek