



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09 czerwca 2014 r.

AG-ZP 3320/30/ /14

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dot. Zadania 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szew z igłami okrągłymi z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

2. Dot. Zadania 7. Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Obowiązuje SIWZ.

3. Dotyczy Zadania nr 9. Czy Zamawiający w zadaniu 9, w pozycji 1 wymaga aby stapler był dostarczany wstępnie załadowanym ładunkiem?

Wyjaśnienie: Tak.

4. Dotyczy Zadania nr 9. Czy Zamawiający w zadaniu 9 wymaga aby stapler oraz ładunek posiadały 2 podwójne rzędy brzeźnie spłaszczone na całej długości zszywki, wykonanych z tytanu, co zapewnia pewne zamknięcie zszywki w kształt litery B i hemostazę, a także nowy sterylny nóż w każdym ładunku?

Wyjaśnienie: Tak.

5. Dotyczy zadania nr 11. Czy Zamawiający w zadaniu 11 wymaga aby staplery okrężne posiadały brzeźnie spłaszczone na całej długości zszywki, wykonane z tytanu, co zapewnia pewne zamknięcie zszywki w kształt litery B i hemostazę?

Wyjaśnienie: Tak.

6. Dotyczy zadania nr 11. Czy Zamawiający w zadaniu 11 wymaga aby staplery okrężne posiadały łamane kowadełko po oddaniu strzału, w celu łatwiejszej ewakuacji głowicy

staplera z linii zespolenia przy minimalizacji ryzyka uszkodzenia miejsca zespolenia główką staplera?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7. Zadanie 11 Staplery okrężne. Czy Zamawiający dopuszcza dla staplera okrężnego jednorazowego średnicę o 1 mm większą od rozmiaru podanego w specyfikacji?

Wyjaśnienie: Tak.

8. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby materiały hemostatyczne z zadania 8 wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby materiały hemostatyczne z zadania 8 charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operacyjnego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby materiały hemostatyczne z zadania 8 posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający w paragrafie 6 ustęp 1 tiret 1 zastąpi słowa „wartość brutto opóźnionej dostawy przedmiotu umowy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

12. Zadanie 9. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów liniowych i ładunków z początkową wysokością zszywek 3,8mm i grubością zszywania 2 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Nie.

13. Zadanie 11 poz. 1. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów o zewnętrznej średnicy głowicy 24mm lub 26mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy 26 mm.

14. Zadanie 11 poz. 2. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów o zewnętrznej średnicy głowicy 32mm lub 34mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy 34 mm.

15. Zadanie 9. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów liniowych i ładunków o długości 55 mm lub 75 mm i pierwotnej wysokości zszywek 3,85 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Nie.

16. Dot. Pakietu nr 8. Czy Zamawiający oczekuje produktów z udowodnionym w badaniach klinicznych działaniem bakteriobójczym, spełniających wszystkie wymagania określone w SIWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

17. Paragraf 2 ust. 1 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: Dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały sukcesywnie przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 3 dni wcześniej przed terminem dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

18. Paragraf 2 ust. 4. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: - braków ilościowych w ciągu 72 godzin, - wad jakościowych w ciągu 14 dni. Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

19. Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

20. Zadanie 4, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 50 mm ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

21. Pytanie do Pakietu nr 2. Czy Zamawiający w pozycji dopuści igłę 17 mm?

Wyjaśnienie: Z uwagi na brak określenia, której pozycji w zadaniu 2 dotyczy pytanie Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnień. Zadanie 2 obejmuje 9 pozycji asortymentowych.

22. Pytanie do pakietu nr 9. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm posiadający regulowaną wysokość zszywki co poprawia wygodę użytkowania i ogranicza potrzebę zakupu różnego rodzaju ładunków. Wysokość zamkniętej zszywki 4,3 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem.

Wyjaśnienie: Tak.

23. Pytanie do pakietu nr 3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści jednorazowy uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem).

Wyjaśnienie: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 3 są tasiemki retrakcyjne, odciągi chirurgiczne jałowe, kolorowe (z wyjątkiem białego).

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 5, poz. 3. Opis dla tej pozycji otrzymuje brzmienie: „Łata naczyniowa filcowa 15,2 cm x 15,2 cm - 5 szt” i jest obowiązujący.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek