



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 lipca 2014 r.



AG-ZP.3320/ 31/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1 pkt. 5:

Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości sterylizacji akumulatorów? Akumulator niepoddawany sterylizacji wykazuje dużo dłuższą żywotność.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1 pkt. 7:

Prosimy o doprecyzowanie czy piła powinna współpracować z ostrzami wielokrotnego użytku?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza współpracę piły z ostrzami wielokrotnego użytku.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o zakresie pomiaru ciśnienia od 7 mmHg do 60 mmHg?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy zamawiający zgodzi się na to, żeby przy kroku pomiarowym 1 mmHg ograniczyć wyświetlanie wyniku do rzędu kroku, czyli właśnie 1 mmHg?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy zamawiający dopuści tonometr z zakresem pomiaru ciśnienia min. 5 – 50 mmHg biorąc pod uwagę fakt, że taki zakres jest wystarczający do prawidłowej diagnozy?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści urządzenie działające szybko, jednak bez wyraźnego określenia minimalnego czasu trwania pojedynczego pomiaru?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o zakresie pomiaru sfery od -25,0 D do +22,0 D?

Wyjaśnienie: Nie.

Certyfikat nr 0092/2012
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 31/14- Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści aparat, w przypadku którego producent nie precyzuje czasu pomiaru?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści rozstaw źrenic PD: 20 – 85 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści pomiar sfery w zakresie: -25D - +22D?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści pomiar mocy rogówki w zakresie: 33,75D do 67,50D?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający pomiar astygmatyzmu rogówkowego w zakresie 0D - +/- 10D?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy poniższego zapisu:

a) dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów – w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta.

b) zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla zamawiającego upustów przez wykonawcę itp.) niż określone w niniejszej umowie.

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego. Obniżenie cen może nastąpić w każdym przypadku”. Zamawiający nie dopuszcza pozostałych zaproponowanych zmian.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy § 6 pkt 3 na następujące brzmienie: „Za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości (brutto) towaru wadliwego, za każdy roboczy dzień zwłoki w stosunku do terminu jaki Kupujący wyznaczył na ich usunięcie, do chwili usunięcia wad”.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości (brutto) towaru wadliwego, za każdy roboczy dzień zwłoki w stosunku do terminu jaki Kupujący wyznaczył na ich usunięcie, do chwili usunięcia wad”.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy § 8 pkt 2 na następujące brzmienie: „W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego § Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy roboczy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego § Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy roboczy dzień zwłoki”.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 3:

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w §2 ust. 2, Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia.

3. Za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia (brutto) Sprzedającego wynikającego z umowy, za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia w stosunku do terminu jaki Kupujący wyznaczył na ich usunięcie, do chwili usunięcia wad.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek